



ANÁLISE DE AMOSTRAS 061/2017
PROCESSO INTERNO 1375/2017

Em 28 de julho 2017 às 14h00min, a Pregoeira Oficial, Verlaine Carneiro do Espírito Santo, reuniu-se na sala de licitações desta Prefeitura com os membros da equipe de apoio ao pregão, Paula Renata de Jesus e Heliden Aparecida Ferreira de Miranda, devidamente designadas pelo Prefeito de Sabará através da Portaria nº 002/2017, para divulgação do resultado da análise de amostras do Pregão nº 61/2017 cujo objeto é promover registro de preço, consignado em Ata, para aquisição de coberturas para curativos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Tendo em vista que as amostras do item 5 e 6 apresentadas pela licitante Indaphama Comércio e Serviços Ltda. – ME foram submetidas a testes no paciente e reprovadas por não conseguir controlar a alta quantidade e de exsudato, apresentando vazamento, conforme laudo de análise das amostras em anexo, a Pregoeira declarou a referida licitante desclassificada. Considerando que a segunda colocada dos referidos itens, a licitante CBS Médico Científica S/A, ofertou em sua proposta comercial produto que já é utilizado e bem aceito pelo Município, conforme laudo técnico da Secretaria Municipal de Saúde. A Pregoeira examinou a aceitabilidade dos preços ofertados pelas propostas pelo licitante em questão, sendo este aceito. Nos termos do inciso XV do artigo 4º da Lei 10.520/2002, as licitantes descritas no mapa de apuração sintético foram declaradas vencedoras do Pregão 061/2017. Fica a sessão encerrada e a aberto p prazo legal para apresentação de recursos. O membro da Equipe de Apoio, Paula Renata de Jesus, lavrou esta ata que depois de conferida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Sabará, 28 de julho 2017.

Paula Renata de Jesus
Equipe de Apoio

Heliden Aparecida Ferreira de Miranda
Equipe de Apoio

Verlaine Carneiro do Espírito Santo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARA
 Sistema de Pregão
 PREGÃO

MAPA DE APURAÇÃO (Sintético)

Pregão	Processo Administrativo	Data Abert.	Hora Abert.	Data Certame
000061/2017	00001375/2017	12/07/2017	14:00	12/07/2017

Código	Credor	Lote - Descrição do Item	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1576	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPR	2 - CARVAO ATIVADO (SACHE)		ENVELOPE	500,000 x	32,0000	16.000,0000
		5 - HIDROFIBRA(PLACA) 15 X 15 cm		PLACA	1.125,000 x	68,7500	77.343,7500
		6 - HIDROFIBRA (PLACA) 15 X 15 CM M		PLACA	375,000 x	68,7500	25.781,2500
TOTAL -->							119.125,00

51217	JN DIAGNOSTICA LTDA -EPP	1 - BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14 CM		UNIDADE	500,000 x	18,0000	9.000,0000
		4 - HIDROCOLOIDE (PLACA) 20 X 20		PLACA	1.200,000 x	19,0000	22.800,0000
TOTAL -->							31.800,00

2977	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE		UNIDADE	500,000 x	32,0000	16.000,0000
		7 - HIDROGEL (TUBO) 85G		TUBO	1.500,000 x	28,0000	42.000,0000
TOTAL -->							58.000,00

TOTAL GERAL --> 208.925,00


 Verlaine Carneiro do Espirito Santo
 Pregoeiro(a) Oficial

Equipe de Apoio


 Paula Renata de Jesus


 Heliden Aparecida Ferreira Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!



Sabará, 24 de julho de 2017.

OFÍCIO / SMS / ATENÇÃO BÁSICA / 072 - 2017

Da: Coordenação da Atenção Primária à Saúde

Para: Comissão de Licitação

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste dar o parecer da análise da amostra solicitada no pregão 061/2017 ocorrido no dia 12 de julho de 2017.

PRODUTO: COBERTURA BIATAIN ALGINATE AG(COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA)

FABRICADO POR: ADVANCED MEDICAL SOLUTION LIMITED

DISTRIBUIÇÃO: PELA COLOPLAST DO BRASIL LTDA.

A amostra citada foi entregue no dia 14 de julho pelos representantes, dentro do prazo estipulado.

No dia 19 de julho, a cobertura foi utilizada em uma lesão de membro inferior esquerdo em sua face anterior, extensa, de aproximadamente 20 cm de diâmetro e 10 cm de largura, com tecido granulado em 80% de sua extensão e 20% de epitelização, porém altamente exsudativa devido a edema do membro. A orientação da representante foi de deixar a cobertura no leito da lesão por dois dias.

No dia 21 de julho, foi retirada essa cobertura no mesmo horário em que foi colocada anteriormente e o resultado foi totalmente insatisfatório não havendo nenhuma melhora dessa lesão. A lesão apresentava extremo exsudato e transbordou o curativo secundário (várias camadas de gaze) e a atadura que finaliza o curativo, além de pontos de sangramento. O gel que se formou no leito estava muito aderido e foi preciso realizar limpeza com gaze fazendo fricção mecânica (o que prejudica e atrasa o processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

de cicatrização).

Diante disso, a afirmação de que a cobertura **biatain alginato ag** forma um gel que bloqueia o exsudato dentro do gel e evita vazamentos que poderiam causar a maceração da pele peri lesional é equivocada e não condiz na prática quando foi testada.

Dessa forma, o produto **biatain alginato ag** não se enquadra dentro dos critérios solicitados no edital, **uma vez que afirma poder ser usado em todas as feridas de moderada a alta exsudação** de espessura parcial ou total, incluindo úlceras de perna, úlceras de pressão, úlceras do pé diabético, áreas doadoras, feridas traumáticas e queimaduras de segundo grau.

Pelo exposto acima, o parecer é que o produto não atende a demanda desta secretaria por não conseguir controlar alta quantidade de exsudato e vazamento, sendo reprovado pela equipe técnica.

Sem mais para o momento, reforço que estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Juliana F. A. Jesus
Enfª Coordenadora - SAD
COREN 391.888

Juliana Ferreira dos Anjos de Jesus

Juliana Ferreira dos Anjos de Jesus

Coordenadora da Serviço de Atenção Domiciliar

Michelle Timóteo da Silva
Enfermeira
COREN-MG 358.888

Michelle Timóteo da Silva

Michelle Timóteo da Silva

Coordenadora da Atenção Primária à Saúde

Recebido em
25/07/17 às 14hs
Silviana



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

Sabará, 27 de julho de 2017.

OFÍCIO / SMS / ATENÇÃO BÁSICA / 076 - 2017

Da: Coordenação da Atenção Primária à Saúde

Para: Comissão de Licitação

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste dar o parecer da dispensa de análise da amostra solicitada no pregão 061/2017 ocorrido no dia 12 de julho de 2017 para o segundo colocado, uma vez que o primeiro foi desclassificado.

PRODUTO: AQUACEL + EXTRA

FABRICADO POR: CONVATEC

EMPRESA REPRESENTANTE: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

A cobertura citada não necessita de amostra, visto que já foi utilizada diversas vezes em pacientes acompanhados pelo Serviço de Atenção Domiciliar, cujas lesões são crônicas, de várias etiologias e com alto grau de exsudação, e a cobertura se mostrou dentro dos parâmetros solicitados no edital. Pois consegue, de forma eficiente, o controle de exsudato sem transbordar para curativo secundário, além disso, potencializou o processo de cicatrização e diminuiu os gastos com coberturas já que consegue permanecer por mais tempo no leito da ferida sem desintegrar ou causar danos nos tecidos formados. Ademais, a prata presente no curativo promove uma barreira antimicrobiana que protege o leito da lesão.

Pelo exposto acima, o parecer é que o produto atende a demanda desta secretaria por conseguir controlar alta quantidade de exsudato e vazamento, sendo aprovado pela equipe técnica.

Sem mais para o momento, reforço que estamos à disposição para maiores esclarecimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

Atenciosamente,

Juliana F. A. Jesus
Enfª Coordenadora - SAD
COREN 301.688

Juliana Ferreira dos Anjos de Jesus

Juliana Ferreira dos Anjos de Jesus
Coordenadora da Serviço de Atenção Domiciliar

Michelle Timóteo da Silva
Enfermeira
COREN-MG 358.888

Michelle Timóteo da Silva
Coordenadora da Atenção Primária à Saúde