



Of .SAÚDE – UPA N° 0 660 / 2022

Sabará, 27 de dezembro de 2022

Assunto: LICITAÇÃO 118/2022

Segue resposta referente a Impugnação apresentada /enviada pela empresa Central de Artigos para Laboratórios LTDA - Edital de Licitação N°118/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico.

Impugnação: referente às especificações técnicas.

Resposta: Será mantido a descrição prevista em edital, nas especificações dos itens: 001 e 002 que são:

001 – KIT DE D DÍMERO QUANTITATIVO ULTRASSENSÍVEL COM 20 TESTES CADA KIT, IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE D DÍMERO PARA EXCLUIR POSSIBILIDADE DE: TVP (TROMBOSE VENOSA PROFUNDA), EP (EDEMA PULMONAR), AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.

002 – KIT TROPONINA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL COM 20 TESTES CADA KIT. IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DO NÍVEL DE TROPONINA I PARA O AUXILIO DE DIAGNÓSTICO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM). O EXAME DEVERÁ SER REALIZADO POR AMOSTRA DE SANGUE TOTAL E SORO. DEVERÁ UTILIZAR AMOSTRA DE 100 MICROLITROS COM FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.05 – 20 NG/ML FAIXA DE MEDIÇÃO. PRECISA SER REALIZADO O EXAME COM TEMPO DE TESTE: 10 MINUTOS A SER ARMAZENADO: 2 – 30 °C. AS FITAS TESTES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O ANALISADOR QUE DEVERÁ SER



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
NOME DA SECRETARIA / GERÊNCIA / SETOR
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO TOTAL DO CONTRATO, OU SEJA, 12 MESES, PELA EMPRESA VENCEDORA.

Deverá ser mantido esta descrição porque é desta forma que atende a unidade. **A UNIDADE NÃO IRÁ SOLICITAR POR TESTE E SIM POR KIT CONTENDO CADA KIT 20 TESTES.** Da forma que está nas especificações **não** limita a disputa e a concorrência entre as empresas, tendo em vista que existe uma gama de empresas que fornecem os testes por KIT.

Portanto, as especificações TÉCNICAS dos itens 001 e 002 **NÃO SERÃO ALTERADAS** pois o vendedor deverá fornecer os testes dentro de Caixas ou Kits contendo 20 testes.

Atenciosamente

Rosângela Pedroso de Sousa Reis **Josilene Maria Aparecida Melo**

Gerência de Urgência e Emergência RT do Laboratório