

## Esclarecimento - Resende Diagnósticos Eireli

Prezados, boa tarde! No edital fala que a empresa deverá entregar em regime de comodato, um equipamento para a leitura dos testes, contudo, não foi disponibilizado nenhum descritivo do equipamento. Vale lembrar que o descritivo é necessário para que as empresas interessadas possam cotar corretamente os seus produtos. Desta forma, qual é o descritivo do equipamento a ser cedido em regime de comodato?

Elisabete Aparecida de Oliveira Resende Pereira - 26/12/2022 17:58:01

Prezado Interessado, conforme resposta do setor técnico - O equipamento deverá ser compatível com as fitas de Troponina e D Dímero, fornecidos pela empresa vendedora. O equipamento deverá vir em regime de comodato.

Demétrius Gil - 27/12/2022 14:46:12