



Of .SAÚDE – UPA N° 0 005 / 2023

Sabará, 05 Janeiro de 2023

**Assunto: LICITAÇÃO 118/2022**

Segue resposta referente análise da amostra dos itens enviados pelo Fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, dos itens 001 e 002.

Resposta : Realizada Análise do amostra enviada ( kit D Dímero e Kit Troponina) e do aparelho em regime de Comodato conforme previsto no edital.

Foi analisado e avaliado que as amostras não são compatíveis com o que foi solicitado em edital . Segue o solicitado em edital a a **NÃO CONFORMIDADE ANALISADA**

KIT D DÍMERO COM 20 OU 25 TESTES IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE D- DÍMERO PARA EXCLUIR POSSIBILIDADE DE TVP TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EP EDEMA PULMONAR E AVC ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. O EXAME DEVERÁ SER REALIZADO POR AMOSTRA DE SANGUE TOTAL (CITRATO) E PLASMA (CITRATO). DEVERÁ **UTILIZAR AMOSTRA DE 10 µL** COM FAIXA DE MEDIÇÃO: 25 – 5.000NG/ML FEU E UTILIZAR FAIXA DE KT 36 19 REFERÊNCIA: =500NG/ML FEU. PRECISA DE SER REALIZADO O EXAME COM TEMPO DO TESTE: 7 MINUTOS E SER ARMAZENAMENTO: 2 – 30°C. AS FITAS TESTES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O ANALISADOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA FORNECEDORA DO KIT D DÍMERO COM 20 OU 25 TESTES 002.

Foi analisado e a amostra não esta em conformidade com o edital acima. Solicitado “ **DEVERÁ UTILIZAR AMOSTRA DE 10 µL** COM FAIXA DE MEDIÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**

NOME DA SECRETARIA / GERÊNCIA / SETOR  
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

**SABARÁ**  
Cidade de Vida, Cidade de História!

25 – 5.000NG/ML FEU E UTILIZAR FAIXA DE KT 36 19 REFERÊNCIA: =500NG/ML FEU.

A amostra enviada utiliza **85 µl** o que fere o edital acima.

KIT TROPONINA COM 20 OU 25 TESTES IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DO NÍVEL DE TROPONINA I PARA AUXILIO DO DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO IAM. O EXAME DEVERÁ SER REALIZADO POR AMOSTRA DE SANGUE TOTAL E SORO. DEVERÁ UTILIZAR AMOSTRA **DE 100 µL** COM FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.05 – 20NG/ML FAIXA DE MEDIÇÃO. PRECISA DE SER REALIZADO O EXAME COM TEMPO DO TESTE: 10 MINUTOS E SER ARMAZENAMENTO: 2 – 30°C. AS FITAS TESTES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM O ANALISADOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA FORNECEDORA DO KIT TROPONINA COM 20 OU 25 TESTES.

Foi analisado e a amostra não esta em conformidade com o edital acima. Solicitado “ DEVERÁ UTILIZAR AMOSTRA **DE 100 µL** COM FAIXA DE MEDIÇÃO: 25 – 5.000NG/ML FEU E UTILIZAR FAIXA DE KT 36 19 REFERÊNCIA: = 500NG/ML FEU.

A amostra enviada utiliza **85 µl** o que fere o edital acima.

Diante da análise verificamos que a amostra enviada **NÃO ATENDE AOS REQUISITOS OU DESCRIÇÃO AMPLIADA DO EDITAL**

Atenciosamente

**Rosângela Pedroso de Sousa Reis      Josilene Maria Aparecida Melo**

Gerência de Urgência e Emergência      RT do Laboratório



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**

NOME DA SECRETARIA / GERÊNCIA / SETOR  
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

**SABARÁ**  
*Cidade de Vida, Cidade de História!*