

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **118/2022**, Processo Administrativo nº **3038/2022**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de testes laboratoriais - Kit Troponina e kit D-Dimero, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e demais condições contidas neste Edital e seus anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 06.867.357/0001-58	131.752,92	53.279,96	78.472,96 Proveito - 59,6%
Totais	131.752,92	53.279,96	78.472,96 Proveito - 59,6%

Detalhes

Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário na condição de **Pregoeiro(a)** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 06.867.357/0001-58

Lote 1	LOTE ÚNICO	Data/Hora da Adjudicação - 27/01/2023 09:52:17		
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT DE D DIMERO. QUANTITATIVA ULTRASSENSIVEL COM 20 TESTES CADA KIT, IMUNOENSAIO DE FLUORESCENCIA PARA MEDICAO QUANTITATIVA DE D-DÍMERO PARA EXCLUIR POSSIBILIDADE DE TVP (TROMBOSE VENOSA PROFUNDA), EP (EDEMA PULMONAR) E AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL). O EXAME DEVERÁ SER REALIZADO POR AMOSTRA DE SANGUE TOTAL (CITRATO) E PLASMA (CITRATO). DEVERA UTILIZAR AMOSTRA DE 10 µL COM FAIXA DE MEDICAO: 25 - 5.000NG/ML FEU E UTILIZAR FAIXA DE REFERENCIA: 500NG/ML FEU. PRECISA DE SER REALIZADO O EXAME COM TEMPO DO TESTE: 7 MINUTOS E SER ARMAZENAMENTO: 2 - 30°C. AS FITAS TESTES DEVERAO SER COMPATIVELIS COM O ANALISADOR QUE DEVERA SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO TOTAL DO CONTRATO OUSEJA 12 MESES PELA EMPRESA VENDEDORA.	20,00	KIT	504,07	10.081,40
Marca: ECO Fabricante: ECO Modelo: 80954880076				
KIT DE TROPONINA. QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL COM 20 TESTES CADA KIT, IMUNOENSAIO DE FLUORESCENCIA PARA MEDICAO QUANTITATIVA DO NIVEL DE TROPONINA I PARA AUXILIO DO DIAGNOSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (IAM). O EXAME DEVERÁ SER REALIZADO POR AMOSTRA DE SANGUE TOTAL E SORO. DEVERA UTILIZAR AMOSTRA DE 100 µL COM FAIXA DE MEDICAO: 0.05 - 20NG/ML FAIXA DE MEDICAO. PRECISA DE SER REALIZADO O EXAME COM TEMPO DO TESTE: 10 MINUTOS E SER ARMAZENAMENTO: 2 - 30°C. AS FITAS TESTES DEVERAO SER COMPATIVELIS COM O ANALISADOR QUE DEVERA SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO TOTAL DO CONTRATO OUSEJA 12 MESES PELA EMPRESA VENCEDORA.	144,00	KIT	299,99	43.198,56
Marca: ECO Fabricante: ECO Modelo: 80954880096				

Sabará, 27 de Janeiro de 2023.

Pregoeiro(a): Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário