



Sabará, 09 de outubro de 2023  
**MEMO / ATENÇÃO PRIMÁRIA Nº 183.**

**De:** Atenção Primária à Saúde/SEMUSA  
**Para:** Comissão Permanente de Licitação

**Ref:** Pregão Eletrônico nº 066/2023  
**Assunto:** Declaração de aceite de amostra

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, a Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registra que foi analisado as amostras dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	ANÁLISE
1	HIDROGEL TUBO 85G NO MÍNIMO.	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	AMOSTRA NÃO FOI ENTREGUE
3	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10CM X 10CM NO MÍNIMO.	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	REPROVADO
<b>Justificativa</b> <b>ITEM 03: Cobertura não atende ao descritivo pois, não possui a dupla camada para melhor absorção. Os curativos de alginato de simples camada não absorvem o exsudato em grande quantidade com eficiência, promovendo absorção lateral e fazem a desintegração das fibras na presença de grande quantidade de exsudato.</b>			
4	BOTA DE UNNA 10CM x 9CM NO MÍNIMO	MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP	AMOSTRA NÃO FOI ENTREGUE
7	HIDROCOLÓIDE PLACA 15CM X 15CM NO MÍNIMO	INDAPHARMA C.S. LTDA - ME	APROVADO
8	ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM NO MÍNIMO	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	REPROVADO
<b>Justificativa</b> <b>ITEM 08: Cobertura não atende ao descritivo pois, no descritivo da cobertura não fica claro que a mesma tem ação da prata sustentada e homogênea por até 7 dias, conforme solicitado no edital.</b>			
10	CURATIVO ESTÉRIL PLACA 10,5CM X 10,5CM NO MÍNIMO.	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AMOSTRA NÃO FOI ENTREGUE
14	HIDROCOLÓIDE PLACA 15CM X 15CM NO MÍNIMO – AMPLA CONCORRÊNCIA	DIFARMIG LTDA	APROVADO
15	ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE APROXIMADAMENTE 10CM X 10CM NO MÍNIMO – AMPLA CONCORRÊNCIA	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AMOSTRA NÃO FOI ENTREGUE





Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

---

Renata Batista de Brito  
Superintendente da Atenção Primária à Saúde

