



Sabará, 15 de dezembro de 2023
MEMO / ATENÇÃO PRIMÁRIA Nº225.

De: Atenção Primária à Saúde/SEMUSA
Para: Comissão Permanente de Licitação

Ref: Pregão Eletrônico nº 066/2023
Assunto: Declaração de aceite de amostra


Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, a Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registra que foi analisado as amostras dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	ANÁLISE
01	HIDROGEL TUBO 85G NO MÍNIMO.	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	APROVADO
02	COMPRESSA NÃO ADERENTE DE RAYON.	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	APROVADO
03	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10CM X 10CM NO MÍNIMO.	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	REPROVADO
Justificativa ITEM 3: Cobertura não atende ao descritivo pois, no descritivo da cobertura não fica claro que a mesma possui dupla camada de tiras entrelaçadas de alginato de cálcio e sódio, conforme solicitado no edital.			
04	BOTA DE UNNA 10CM x 9CM NO MÍNIMO	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	REPROVADO
Justificativa ITEM 4: Cobertura não atende ao descritivo do edital que solicita que a cobertura “deve ser livre de parabenos e derivados”, e no descritivo da cobertura consta que em sua composição “possui conservantes (mistura de fenoxietanol e parabenos)”.			
09	HIDROFIBRA PLACA 15CM X 15CM NO MÍNIMO.	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	APROVADO
10	CURATIVO ESTÉRIL PLACA 10,5CM X 10,5CM NO MÍNIMO.	DML DISTRIBUIÇÃO LTDA	APROVADO
16	HIDROFIBRA PLACA 15CM X 15CM NO MÍNIMO – AMPLA CONCORRÊNCIA	QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	APROVADO

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,



Renata Batista de Brito
Superintendente da Atenção Primária à Saúde

