



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS 071/2017
PROCESSO INTERNO 1751/2017

Em 21 de agosto de 2017 às 9h00min, a pregoeira, Verlaine Carneiro do Espírito Santo, reuniu-se na sala de licitações desta Prefeitura com os membros da equipe de apoio ao pregão, Paula Renata de Jesus e Heliden Aparecida Ferreira de Miranda, devidamente designadas pelo Prefeito de Sabará através da Portaria nº 002/2017, para divulgar o resultado da análise de amostras do Pregão nº 071/2017 cujo objeto é promover registro de preço, consignado em Ata, para aquisição de materiais odontológicos e instrumentais, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A Pregoeira tornou público o resultado de análise técnica das amostras realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o parecer, fl. 1016, as amostras dos itens 11, 20, 63, 76 a 86, 99, 145 e 146 foram analisadas, o resultado foi seguinte:

ITEM	LICITANTE	AMOSTRA
11	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP	Não apresentou
20	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Aprovada
63	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Aprovada
76	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP	Não apresentou
77	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
78	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
79	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
80	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
81	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



82	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
83	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Não apresentou
84	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Aprovada
85	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP	Não apresentou
86	Dental Universo Eireli – EPP	Não apresentou
99	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP	Não apresentou
145	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME	Reprovado, por apresentar corpo de alumínio, resultando em pouca resistência mecânica. Não foi detectado o balanceamento do rotor. A caneta não é modelo convencional, mas sim Push Boton. Conforme parecer técnico em anexo.
146	Dental Universo Eireli – EPP	Não apresentou

As licitantes que não apresentaram amostras ou tiveram as amostras reprovadas foram desclassificadas dos itens em questão, motivo pelo qual a Pregoeira convoca as licitantes listadas a seguir para apresentar amostras dos itens relacionados a elas na tabela abaixo:


ITEM	LICITANTE
11	Dental Universo Eireli – EPP
76	Dental Open Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. EPP
77	Dental Universo Eireli – EPP
78	Dental Universo Eireli – EPP
79	Dental Universo Eireli – EPP
80	Dental Universo Eireli – EPP
81	Dental Universo Eireli – EPP


CM




82	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP
83	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP
85	Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli – ME
86	Dental Open Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. EPP
99	Dental Universo Eireli – EPP
145	Unidental Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda. – EPP
146	Dental Universo Eireli – EPP

As amostras dos itens listados acima deverão ser apresentadas até as 16h30min do dia 25 de agosto de 2017, no departamento de odontologia/Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Av. Albert Sharlé, 212 - Paciência - Sabará - MG. O membro da Equipe de Apoio, Paula Renata de Jesus, lavrou esta ata que após conferida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Sabará, 21 de agosto de 2017.


Paula Renata de Jesus
Equipe de Apoio



Heliden Aparecida Ferreira de Miranda
Equipe de Apoio


Verlaina Carneiro do Espírito Santo
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!



Sabará, 17 de Agosto de 2017.

Of. SAÚDE – SAÚDE BUCAL Nº 036/2017

**Para: Departamento de Licitação
Comissão de Licitação**


Assunto: Análise das Amostras do Pregão 071/2017

Foram analisadas as amostras solicitadas a empresa **MEGA DENTAL**, referentes aos itens nº 20 (Ionômero pó e líquido marca Máquina), 63 (Saca Broca), 84 (espelho clínico nº 05 plano), 145 (caneta de alta rotação marca Calu).

Os itens nº 20, 63, 84, atendem as descrições do projeto e edital.

Quanto ao item 145 (caneta de alta rotação), conforme análise do técnico de Manutenção Reginaldo A. Silva da empresa GTO- Grupo Técnico em Odontologia Ltda e também técnico de Manutenção do Município de Sabará, foi observado que o corpo da caneta de alta rotação é de alumínio que apresenta pouca resistência mecânica. Não foi detectado o balanceamento do rotor e também observou que a caneta não é modelo convencional e sim modelo **Push Boton**.

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca.

Coordenação de Saúde Bucal