




PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!



Sabará, 05 de setembro de 2018.

OFÍCIO / SMS / ATENÇÃO BÁSICA / 082 - 2018

Da: Coordenação da Atenção Primária à Saúde

Para: Comissão de Licitação

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste dar o parecer da análise das amostras solicitada no pregão 038/2018 ocorrido no dia 20 de agosto de 2018.

ITEM 1 –

PRODUTO: HIDROGEL (TUBO 85G)

MARCA: CURATEC

EMPRESA: JN DIAGNÓSTICA LTDA – EPP.

O referido item foi dispensado da necessidade de amostra visto que o produto em questão já é utilizado por esta secretaria, portanto já reconhecido como produto eficiente e atende às nossas necessidades, sendo considerado **aprovado** pela equipe técnica.

ITEM 2 –

PRODUTO: HIDROCOLÓIDE (PLACA) 15 x 15 CM

MARCA: CASEX

EMPRESA: ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI – EPP.

A amostra citada foi entregue pelos representantes, dentro do prazo estipulado. No dia 31/08/2018 a cobertura foi testada pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em paciente, ficando em contato com a lesão até o dia 04/09/2018. O produto **NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA**, sendo **reprovado** pela equipe técnica, conforme relatório anexo feito pelo SAD.



ITEM 3 –

PRODUTO: **ESPUMA DE POLIURETANO**

MARCA: **COLOPLAST**

EMPRESA: **MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA - ME.**

A amostra citada foi entregue pelos representantes, dentro do prazo estipulado. No dia 31/08/2018 a cobertura foi testada pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em paciente, ficando em contato com a lesão até o dia 04/09/2018. O produto atende as necessidades desta secretaria, sendo **aprovado** pela equipe técnica, conforme relatório anexo feito pelo SAD.

ITEM 4 –

PRODUTO: **HIDROFIBRA (PLACA) 15 x 15 CM - COBERTURA BIATAIN ALGINATE AG (COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA)**

MARCA: **PELA COLOPLAST DO BRASIL LTDA.**

EMPRESA: **DIFARMIG LTDA.**

A amostra citada foi entregue pelos representantes, dentro do prazo estipulado. No dia 31/08/2018 a cobertura foi testada pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em paciente, ficando em contato com a lesão até o dia 04/09/2018. O produto **NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA**, sendo **reprovado** pela equipe técnica, conforme relatório anexo feito pelo SAD.


ITEM 5 –

PRODUTO: **BOTA DE UNNA 10,2 CM x 9,14 METROS**

MARCA: **CURATEC**

EMPRESA: **JN DIAGNÓSTICA LTDA – EPP.**

O referido item foi dispensado da necessidade de amostra visto que o produto em questão já é utilizado por esta secretaria, portanto já reconhecido como produto eficiente e atende às nossas necessidades, sendo considerado **aprovado** pela equipe técnica.



ITEM 6 –

PRODUTO: **HIDROFIBRA (PLACA) 15 x 15 CM**

MARCA: **CONVATEC**

EMPRESA: **SAMEH – SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA – EPP.**

O referido item foi dispensado da necessidade de testagem da amostra visto que o produto em questão já é utilizado por esta secretaria, portanto já reconhecido como produto eficiente e atende às nossas necessidades, sendo considerado **aprovado** pela equipe técnica.

Sem mais para o momento, reforço que estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Michelle Timóteo da Silva
Superintendente da Atenção Primária à Saúde
SEMUSA - SABARÁ

Michelle Timóteo da Silva
Coordenadora da Atenção Primária à Saúde



Avaliação de coberturas especiais

Paciente do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD):

I - Identificação:

Nome: Lucas Alexandre de Jesus

Data Nascimento: 13/01/1998

Mãe: Rosemary de Jesus Jerônimo

Estado civil: Solteiro

Endereço: Rua Paganini, 50. Rosário.

Lucas Alexandre de Jesus, 20 anos, paraplégico, devido perfuração por arma de fogo em 2015. Paciente com múltiplas lesões. Teste placas no dia 31/08/18 e retiro no dia 04/09/18.

Hidrocolóide Casex: Lesão em MID com 7cm de comprimento e 4 de largura, apresenta tecido de granulação, sem sinais de infecção e pouco exsudato. Utilizo hidrocolóide. Produto de difícil manuseio e fixação. Adere nas luvas e dobra as pontas, dificultando a fixação. Além disso, o papel adesivo que precisa ser retirado antes da fixação, rasga fácil e perde a ponta.

Espuma Antibacteriano com Prata não adesivo Biatain Ag da Coloplast: Lesão em região trocantérica E com 8cm de comprimento e 6cm de largura, apresenta tecido de granulação, presença de moderado exsudato. Utilizo Espuma com Prata. Absorve secreção e é flexível. Quando em contato com exsudato, a espuma se adapta intimamente ao leito da ferida, absorve o exsudato sem se desintegrar no leito. Após 4



dias que a espuma foi inserida, percebo diminuição da quantidade de exsudato no leito da ferida.

Hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio com prata, Biatain Alginate Ag da Coloplast: Lesão em MID com 6cm de comprimento e 3,5 de largura, apresenta tecido de granulação e esfacelo. Utilizo cobertura de hidrofibra e alginato de cálcio com prata. Após 4 dias de aplicação da placa percebo que o produto é muito aderente ao leito da ferida, dificultando a remoção e drenou pouco exsudato.

Aguiar
Kamila Teixeira de Aguiar
Enfermeira
COREN-MC - 329.486