





PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


2º RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL 063/2019
PROCESSO INTERNO 1923/2019

Em 01 (uma) folha e 01 anexo.

Em 20 de janeiro de 2020, às 11h00min, a Pregoeira, Patrícia Renata Lages reuniu-se na sala de licitações desta Prefeitura com os membros da Equipe de Apoio ao Pregão: Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário, Francieine Soares Sabino, e Reinaldo Martins Gomes devidamente designados pelo Prefeito de Sabará através da Portaria nº199/2019, para a divulgação do 2º resultado de análise das amostras do Pregão nº063/2019, cujo objeto é a “Promover registro de preços, consignado em ata, para aquisição de coberturas para curativos utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.”. Após declarar aberta a sessão, a Pregoeira informou aos participantes o 2º resultado da análise das amostras realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Com base no relatório (anexo), declarou **APROVADAS** as amostras dos itens 07, 09 apresentadas pela empresa Sameh - Soluções Hospitalares LTDA; do item 10 apresentado pela empresa Agmashi Comércio de Material Médico e COB LTDA; do item 08 apresentada pela empresa MGC Brasil Medical Comércio LTDA – ME. A amostra do item 04 apresentada pela empresa MGC Brasil Medical Comércio LTDA – ME foi declarada **REPROVADA** por não atender às especificações técnicas previstas no Edital Tendo em vista a reprovação das amostra do item 04, a Pregoeira **CONVOCOU** a licitante classificada em 3º lugar do respectivo item para apresentar a amostra até as **16h30min do dia 24 de janeiro de 2020**, no setor de Atenção Básica/Secretaria Municipal de Saúde, localizada á Av. Albert Sharlé nº212, aos cuidados da servidora Mariana da Conceição Nunes. Desde já solicita análise da Administração quanto a possíveis sanções aos licitantes que descumpriram as determinações do edital, causando prejuízos para o presente certame. Fica a sessão suspensa para análise das amostras. Eu, Francieine Soares Sabino, membro da Equipe de Apoio, lavrei a presente ata que depois de conferida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Sabará, 20 de janeiro de 2020.


Reinaldo Martins Gomes
Equipe de Apoio


Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário
Equipe de Apoio


Francieine Soares Sabino
Equipe de Apoio


Patrícia Renata Lages
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!


Sabará, 16 de Janeiro de 2020

OFÍCIO / SMS / ATENÇÃO BÁSICA /03 –2020

Assunto: Análise de Amostras – PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019

Em resposta a análise sensorial das amostras solicitadas do Projeto de Aquisição de cobertura para curativos, segue resultados:

| ITEM | EMPRESA | DESCRIÇÃO | ANÁLISE | JUSTIFICATIVA |
|------|--|---|------------------|--|
| 7 | Sameh Soluções Hospitalares | Curativo (placa)10x10 cm. Estéril por radiação gama, composto por fibra de não tecido, derivado de algas marinhas marrons, composto pelos ácidos glicurônico e manurônico, com íons Cálcio e Sódio incorporados em suas fibras, embalados em envelopes PET/ papel cirúrgico, registro na ANVISA como correlato classe de risco III. | APROVADO | |
| 10 | AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E COB LTDA | Hidrogel (tubo) 85 g: Gel não estéril, constituído por água purificada, propilenoglicol, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio e carbometilcelulose. Deve ser um gel coeso para que não escorra ou ultrapasse a região peri ferida, que promova um ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico | APROVADO | |
| 4 | MGC Brasil Medical Comércio LTDA -ME | Hidrofibra (placa) 15 x 15 cm: Curativo estéril de hidrofibra em forma de placa, não aderente, macio, composto por duas camadas de fibras de carboximetilcelulose e um complexo de prata. Deve ser costurado para que forneça maior resistência ao produto e para que não deixe resíduos no momento da troca ou quando saturado, facilitando sua remoção. Promove absorção vertical e retenção do exsudato. É imprescindível que a placa não se dissolva no leito da ferida e nem que haja ruptura no momento da troca. | REPROVADO | Não atende ao que foi solicitado no projeto. Produto não apresenta resistência, deixa resíduo na ferida. |



A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------|
| 9 | Sameh Soluções Hospitalares | Hidrofibra (placa) 15 X 10 cm; Curativo estéril de hidrofibra em forma de placa, não aderente, macio, composto por duas camadas de fibras de carboximetilcelulose e um complexo de prata. Deve ser costurado para que forneça maior resistência ao produto e para que não deixe resíduos no momento da troca ou quando saturado, facilitando sua remoção. Promove absorção vertical e retenção do exsudato. É imprescindível que a placa não se dissolva no leito da ferida e nem que haja ruptura no momento da troca. | APROVADO |
| 8 | MGC Brasil Medical Comércio LTDA -ME | Compressa não aderente de rayon, hipoalergênica, impregnada com emulsão de petrolatum, embalada em envelope PET/PE, estéril por radiação gama, registro na ANVISA como correlato classe de risco III. Tamanho: 7, 6 cm x 40, 6 cm. | APROVADO |

Responsáveis Técnicas pela Análise

Renata Batista de Brito – Enfermeira – Matrícula 25863

Kamila Teixeira de Aguiar - Enfermeira – Matrícula

Mariana da Conceição Nunes Sete – Matrícula: 27437

Telefone de contato: (31) 3672-6766

Atenciosamente,

Mariana da Conceição Nunes Sete
Coordenadora Atenção Primária

Mariana da Conceição Nunes
Coordenadora da Atenção Primária

