



Sabará, 01 abril de 2020.

OFÍCIO: SEMUSA/ATENÇÃO PRIMÁRIA /026/2020

De: Atenção Primária à Saúde

Para: Setor de Compras/Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Solicitação de esclarecimentos do Pregão 002/2020.

Prezados Senhores,

Em resposta a solicitação de esclarecimento, conforme o questionamento mencionado pelas empresas abaixo:

1. MUNDO OFFICE E MINAS HORIZONTE

Permanece o que foi informado no ofício 003/2020:

“ 1.Toda empresa deverá apresentar a Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. Caso não seja exigido da empresa, apresentar o documento da isenção da licença.

2.Toda empresa deverá apresentar a Autorização de Funcionamento emitido pela ANVISA ou a Isenção de autorização.

3.Todo material que é regulado pela ANVISA ou INMETRO deverá apresentar o certificado ou qualquer outro documento que comprove a regulação, caso contrário, deverá apresentar o Certificado de isenção”.

2. MINAS HORIZONTE

Continuamos a afirmar, se o produto não for regulado pela ANVISA E/OU INMETRO, deverá ser apresentado o certificado ou declaração de isenção.

3. VALEMEDCAL

- **Item 17 (BANQUETA)** – O assento deverá ser de inox.
- **Item 18 (CADEIRA DE RODAS)** – Será aceito o certificado do INMETRO.
- **Item 20 (MESA DE MAYO)** segue abaixo a descrição:
Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta.
Acompanha bandeja em aço inox.
Altura mínima 0,77m.
Altura máxima 1,25m.
Dimensões aproximada da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg.




- **Item 26 (BALANÇA)** - Onde se lê "... capacidade para no mínimo 25 kg;" passará a ler "... capacidade para até 25 kg;".
- **Item 33 (CARRO MACA)** – Prevalecerá o descritivo "...material de confecção: aço inoxidável;". Favor desconsiderar parte do descritivo que fala em acabamento em pintura apóxi.
- **Item 37 (COLPOSCÓPIO)** – Conforme consta do processo 002/2020, na página 772, em resposta ao questionamento da descrição do colposcópio. Lá se encontra a descrição respondendo este questionamento sobre o aumento.
- **Item 43 (FOCO CLÍNICO)** – Com uma breve pesquisa no mercado, foi encontrada vários fornecedores e empresas que fornecem Foco Clínico com 5 (cinco) pés.
- Prevalecerá a descrição que se encontra no projeto básico: "... iluminação com lâmpada de led..."
- **Item 50 (OXÍMETRO)** – O Oxímetro deverá conter os três tipos de sensores (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) que acompanharam o monitor.
- Quando colocamos especificações de tamanho, peso, altura, largura, etc., sempre deixamos margem para mais ou para menos, para cima ou para baixo, maior ou menor, etc. Estas especificações são fundamentais para que possamos selecionar produtos de que nos atendam.

4. FORT MÓVEIS

- Em resposta, damos ciência do recebimento do e-mail enviado no dia 20/03/2020.

Portanto, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Mariana da Conceição Nunes Sete
Coordenadora Atenção Primária

Mariana da Conceição Nunes Sete
Coordenadora Atenção Primária