



Avaliação das Poltronas da UPA-Sabará

De : regulacaosaude@sabara.mg.gov.br

Ter, 02 de Jun de 2020 14:05

Assunto : Avaliação das Poltronas da UPA-Sabará

Para : Helio Resende <helioresende@sabara.mg.gov.br>, saude <saude@sabara.mg.gov.br>, compras <compras@sabara.mg.gov.br>, licitacao <licitacao@sabara.mg.gov.br>, fundomunicipal <fundomunicipal@sabara.mg.gov.br>

Prezados Carlos, Paula e Erika,

Boa tarde,

Conforme EDITAL DE LICITAÇÃO 042/2020 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - cuja o objeto é aquisição de poltronas reclináveis para coleta de sangue para atendimento aos pacientes oriundos da UPA-Sabará, visto que, o processo licitatório ocorreu no dia 02/06/2020 às 09hs, e a empresa vencedora foi a empresa Cirurgica Ouro Verde - Comercio de Materiais Médicos LTDA inscrita no CNPJ: 14.308.899/0001-19.

A mesma encaminhou o catálogo da Poltrona para ser apreciada pela área técnica desta Secretaria Municipal de Saúde de Sabará-MG.

Diante do catalogo apresentado, informamos que o mesmo atende as especificações descritas no edital, sendo aprovado por essa Superintendencia o material.

Pedido que a cor das poltranas deverá ser definido previamente com essa Secretaria antes do seu fornecimento.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Rômulo Morato
Superintendente de Regulação em Saúde
SMS-Sabará

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 042/2020

Item	Descrição	UM	Qtde.	Preço Unit. 2000,00	Total 80.000,00
001	<p>Cadeira para coleta de sangue: estrutura inferior em tubo de aço aproximadamente de 31,75 x 1,5 mm e superior 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Apoio para os braços reclináveis em PU injetado que se movimentam junto com a cadeira, e uma braçadeira articulável, em aço inoxidável, com regulagem de altura e distanciamento. Suporte para soro em aço inoxidável. Descanso para os pés, articulado, com movimento independente do encosto. Totalmente reclinável, permitindo várias posições, inclusive o Trendelemburg até 12°. Na cor: à definir. Dimensões Externas: 1,87 x 0,85 x 0,45 m, Dimensões Internas: 1,68 x 0,60. Acionamento dos movimentos: Executado por pistões a gás, através de</p>	UN	40		

alavancas laterais
e a Capacidade
mínima: 150 kg.

1- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

2- LOCAL ENTREGA DOS PRODUTOS: UPA/Sabará (MG). Rodovia MGT 262 km 07, 7.000, Bairro Nações Unidas, Sabará/MG.

3- PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO: O prazo para entrega do produto será de até 45 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento – OF. A entrega dos produtos será de forma parcelada/imediata, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

4 -DA FISCALIZAÇÃO: Será(ão) fiscal(is) o(os) servidor(es) Rômulo Morato dos Santos, Matrícula 23942.

5 - CONTATOS: Telefones: (31) 3671-8797

6 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal/fatura.

POLTRONA PARA COLETA MODELO OV2037



Imagem Referencial

Descrição:

Cadeira para coleta de sangue: estrutura inferior em tubo de aço aproximadamente de 31,75 x 1,5 mm e superior 25 x 25 x 1,2 mm. Assento, encosto e descanso para os pés anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvim. Apoio para os braços reclináveis em PU injetado que se movimentam junto com a cadeira, e uma braçadeira articulável, em aço inoxidável, com regulagem de altura e distanciamento. Suporte para soro em aço inoxidável. Descanso para os pés, articulado, com movimento independente do encosto. Totalmente reclinável, permitindo várias posições, inclusive o Trendelenburg até 12°. Na cor: à definir. Dimensões Externas: 1,87 x 0,85 x 0,45 m, Dimensões Internas: 1,68 x 0,60. Acionamento dos movimentos: Executado por pistões a gás, através de alavancas laterais e a Capacidade: 150 kg.