



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sabará, 11 de setembro de 2020.

**MEMORANDO: SRS-SEMUSA/305/2020**

**De:** Superintendência de Regulação em Saúde

**Para:** Franscieine Soares e Paula/Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Administração de Sabará

Prezadas Pregoeiras,

Conforme andamento do Processo Interno nº 1.924/2019 referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL DE LICITAÇÃO Nº002/2020 - aquisição de material permanente para Unidades Básicas de Saúde do Município conforme proposta do Ministério da Saúde n°s 11642.882000/1180-01, 11462.882000/1170-16, 11462.882000/1170-01, emendas parlamentares n°s 37010010, 30830011, 37010003 e proposta 11462.882000/1180-02, recurso de programa/ação em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde”.**

Diante do questionamento do **RECURSO ADMINISTRATIVO** dos itens 29 e 30 dos do edital descrito acima, sendo enviado pela empresa **Gemedical Do Brasil Produtos Medicos Ltda** inscrita no **CNPJ: 17.237.681/0001-09** encaminhou além enviado Catálogo e Anvisa destes itens deste edital citados. A área técnica desta Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, responde:

O **Item 29 CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ (EPOXI) NA COR PRETA OU CINZA; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; ESTOFAMENTO EM COURVIM; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA; RODAS TRASEIRAS DE ARO 24 INJETADAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE ARO 6, MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS E REMOVÍVEIS; LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 44 CM; CAPACIDADE PARA 120KG, CERTIFICADA PELO INMETRO; REGISTRO NA ANVISA: Respondemos: A empresa vencedora deste item Licitante 3, FAM LTDA, não apresentou produto conforme descrito em edital visto que**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

não atendeu a cláusula 8.4.5 do edital, além de não apresentar o certificado de INMETRO e o documento que comprove a sua isenção), desta forma, mesma não poderá ser vencedora, visto que, o produto apresentado não corresponde o descritivo. Portanto, área técnica desta Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, acatará o recurso apresentando pela empresa Gemedical Do Brasil Produtos Medicos Ltda. Pedimos para ser chamada a segunda colocada deste item.

O Item 30: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ (EPOXI) NA COR PRETA OU CINZA COM TUBOS REFORÇADOS; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO REFORÇADO E IMPERMEAVEL; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X TUBULAR DUPLO REFORÇADO; RODAS TRASEIRAS DE ARO 24 EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS COM PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE ARO 6, MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO; APOIOS DE PÉS FIXOS; APOIOS DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; POSSUI SUPORTE DE SORO; GARFO REFORÇADO MACIÇO; LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 52 CM; CAPACIDADE NO MINIMO 130KG, CERTIFICADA PELO INMETRO; REGISTRO NA ANVISA. UN. Respondemos: A empresa vencedora deste item Licitante 3, FAM LTDA, não apresentou produto conforme descrito em edital visto que não atendeu a cláusula 8.4.5 do edital, Em análise da segunda colocada a Licitante 6, - Patos Distribuidora LTDA EPP não atende a cláusula 8.4.5 do edital, não apresentou o certificado de INMETRO e o documento que comprove a sua isenção. A terceira colocada a Licitante 5, Ana Maria Pires Belém não atende a cláusula 8.4.5 do edital, não apresentou o certificado de INMETRO e o documento que comprove a sua isenção. Portanto, área técnica desta Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, acatará o recurso apresentando pela empresa Gemedical Do Brasil Produtos Medicos Ltda. Pedimos para ser chamada a quarta colocada deste item.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

  
Rômulo Morato dos Santos  
Superintendente de Regulação em Saúde  
SMS Sabará

Rômulo Morato dos Santos  
Superintendente de Regulação em Saúde  
SEMUSA - SABARÁ