



Edital: 00002/2021 Órgão promotor: Prefeitura Municipal de Sabará
Nome: Priscila Félix Barbosa E-mail: priscilafelixbarbosa@gmail.com



Solicitações

Pergunta 1:
21/01/2021 17:40:15

Prezados, boa tarde! A Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda., CNPJ 22.355.622/0001-75, vem através deste solicitar esclarecimentos em relação ao PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2021, PROCESSO INTERNO: 1.686/2020 em relação ao item 08 e 09. Prezados poderia por gentileza esta passando o preço estimado do itens ?

Resposta:
22/01/2021 17:27:26

Resposta à pergunta 1: Em resposta ao questionamento apresentado, necessário pontuar que o valor estimado para a contratação possui caráter sigiloso, conforme disposições do Decreto Federal nº 10.024/2019, Art. 15: Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. § 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 21 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. § 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o tema: "Em sede de licitação, na modalidade pregão, não se configura violação ao princípio da publicidade o resguardo do sigilo do orçamento estimado elaborado pela Administração até a fase de lances, sendo público o seu conteúdo após esse momento. Acórdão nº 2080/2012 – Plenário – TCU". "3. Na realização de pregões para compras de medicamentos e materiais hospitalares, a divulgação, nos editais, dos preços estimados pela administração não se mostra vantajosa, devendo ocorrer apenas após a fase de lances. Acórdão nº 2150/2015 – Plenário – TCU".

Pergunta 2:
21/01/2021 17:55:11

Prezados, boa tarde! A Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda., CNPJ 22.355.622/0001-75, vem através deste solicitar esclarecimentos em relação ao PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2021, PROCESSO INTERNO: 1.686/2020 em relação ao item 09. o mesmo esta solicitando BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HS , a que comercializamos é 24H , podemos esta cotando com nosso produto ?

Resposta:
25/01/2021 11:46:22

Diante do questionamento do recurso dos itens 08 e 09 dos do edital descrito acima, sendo enviado pela empresa BIOMIG MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. A área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, responde: Os Itens 08 (OXÍMETRO DE MESA: EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO LOCAL, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (% SPO2); FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO; SENSORES QUE FORNECEM LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM TODOS OS PACIENTES DESDE NEONATAL AO ADULTO; VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICAS E TABELA DE TENDÊNCIAS; EXIBIÇÃO CONTÍNUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE; BOTÕES FRONTAIS (LIGA/DESLIGA), VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME, MODO DE EXIBIÇÃO, POSSUI LEDS INDICATIVOS, FUNCIONAMENTO POR BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC, CARGA DE BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME, STATUS DE FUNCIONAMENTO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO, PORTA DE REDE PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, OPÇÕES DE SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO DA ANVISA, GARANTIA DE 12 MESES DE TODAS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUBCONJUNTOS) e o item 09 (OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO - TIPO HANDHELD) COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SENSOR: TIPO CLIP PARA PACIENTES ADULTOS, PARÂMETROS: SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA.; SPO2 RANGE: 0 - 100 % RESOLUÇÃO: 1 % PRECISÃO: 2 %; RANGE: 30 - 250 BPM RESOLUÇÃO: 1 BPM PRECISÃO: 1 % ALARMES: VISUAL E SONORO, AJUSTÁVEL "ALTO E BAIXO" PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS, E BATERIA FRACA ALIMENTAÇÃO: BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HS (EM MONIT ORAÇÃO CONTÍNUA) ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR UNIVERSAL, TIPO CLIP ADULTO; PESO MÁXIMO: 0,5 KG (COM BATERIA)). QUESTIONAMENTOS referente a exigência dos aparelhos oxímetros apresentar BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HORAS e a que o mesmo fornecer teria durabilidade de 24 horas. Respondemos: A durabilidade das mesmas em 24hs de carga das baterias atende a necessidade da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Sabará.