



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sabará, 28 de janeiro de 2021

Declaração

Venho por meio deste informar que os catálogos dos itens 03, 04, 05 e 07 foram aprovados, pois apresentaram especificações dentro dos dos padrões solicitados no edital Nº 002/2021.

No catálogo do item 08 não ficou claro a presença do sensores, sendo assim sugiro a solicitação de amostra para facilitar a análise.

Os catálogos dos itens 02 e 09 não atenderam as especificações dos edital 002/2021, pois apresentaram tempo de operação contínua de 15 horas. De acordo com o edital Nº 002/2021 a bateria dos equipamentos deverão apresentar autonomia mínima de 100 horas.

Os catálogos dos itens 12 e 13 não apresentaram nas especificações a presença do reservatório, sendo necessária a presença do mesmo, de acordo com o edital Nº 002/2021.

Gabriela Monique Sabino Salustiano
Coordenação de Enfermagem
UPA/Sabará
MORNING: 471.448
Gabriela Monique Sabino Salustiano
Coordenação de Enfermagem
UPA - Sabará