



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**AVISO DE REABERTURA E RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 075/2022**

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PROCESSO INTERNO Nº 2.145/2022**

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público a **REABERTURA** e **RETIFICAÇÃO** do Edital de Licitação n.º 0075/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, no Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é “Promover Registro de Preços, consignado em ata, para futura e eventual contratação de empresa do ramo para locação de concentradores de oxigênio domiciliar com cilindro, incluindo instalação e manutenção para pacientes do SUS, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos”.

Fica alterado o Item ‘3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS’ do Anexo I:

**- Onde se lê:**

002	LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADOREOS DE OXIGENIO. 2. VAZAO DE OXIGENIO ATE 10 LITROS MINUTO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: ATÉ 10 LITROS/MINUTO 3. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: ATÉ 10 L/MIN. 4. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPTÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE	SV	1		
-----	---	----	---	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

- Leia-se:

002	LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 – 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; E) FLUXÔMETRO; F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS; H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG; I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE. 1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.	SV	1		
-----	---	----	---	--	--

O Edital retificado se encontra disponível no site: [www.sabara.mg.gov.br](http://www.sabara.mg.gov.br).

Fica remarcada a abertura do certame para o dia **04/04/2023**, às **09h00min**.

Sabará, 22 de março de 2023.

Thiago Zandona Vasconcellos  
Secretário Municipal de Administração