

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 75/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2145/2022

## Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

<b>Lote 1</b>			
<b>Lote único</b>			
<b>Fornecedor:</b> White Martins Gases Industriais Ltda		<b>CNPJ/CPF:</b> 35.820.448/0030-70	
<b>Email:</b> lg.br.licitacao@linde.com		<b>Telefone:</b> (21) 3279-9513	
<b>Data/hora de envio</b> 03/04/2023 16:57:06		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI).2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPTÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO).	1	SERVIÇO	1.332.216,00
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 - 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS;C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA;E) FLUXÔMETRO;F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE;G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS;H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG;I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE.1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.	1	SERVIÇO	60.000,00
<b>Fornecedor:</b> AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 00.331.788/0031-34	
<b>Email:</b> andressa.formigoni@airliquide.com		<b>Telefone:</b> (11) 97519-7052	
<b>Data/hora de envio</b> 03/04/2023 14:07:54		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	

<b>Descrição Comprador</b>			
<b>1 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.	1	SERVIÇO	720.000,00
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>2 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 - 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; E) FLUXÔMETRO; F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS; H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG; I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE. 1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.	1	SERVIÇO	24.000,00
<b>Fornecedor:</b> LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 05.652.247/0001-06	
<b>Email:</b> licitacao@lumiarsaude.com.br		<b>Telefone:</b> (13) 99174-1152	
<b>Data/hora de envio</b> 03/04/2023 16:24:53		<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>1 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>

<p>Descrição do item: LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS / MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO B12 ICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE. Marca / Fabricante: CONCENTRADOR MERCURY MARCA/ FABRICANTE LHB ANVISA 80488299007 Acessórios COPO UMIDIFICADOR MARCA/FABRICANTE: UNITEC ANVISA 10432300011 CATETER NASAL MARCA LHB / FABRICANTE HANGZHOU SUPERDS ANVISA 80488290011 OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA MARCA / FABRICANTE: LHB ANVISA 80488290001 EXTENSÃO MARCA LHB /FABRICANTE ENTER MEDICAL ANVISA 80488290005 OXIGÊNIO MARCA LUMIAR (DISPENSA RMS) CILINDRO MARCA MATT - (DISPENSA RMS) FLUXOMETRO E VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS MARCA LHB/ FABRICANTE JG MORIYA (ANVISA 10349590102);</p>	1	SERVIÇO	78.000,00
---	---	---------	-----------

**Descrição Comprador**

**2 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 - 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; E) FLUXÔMETRO; F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS; H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG; I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE. 1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE. Marca / Fabricante: CONCENTRADOR GRAN MERCURY MARCA/ FABRICANTE LHB ANVISA 80488290037 Acessórios COPO UMIDIFICADOR MARCA/FABRICANTE: UNITEC ANVISA 10432300011 CATETER NASAL MARCA LHB / FABRICANTE HANGZHOU SUPERDS ANVISA 80488290011 OU MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA MARCA / FABRICANTE: LHB ANVISA 80488290001 EXTENSÃO MARCA LHB /FABRICANTE ENTER MEDICAL ANVISA 80488290005 OXIGÊNIO MARCA LUMIAR (DISPENSA RMS) CILINDRO MARCA MATT - (DISPENSA RMS) FLUXOMETRO E VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS MARCA LHB/ FABRICANTE JG MORIYA (ANVISA 10349590102);</p>	1	SERVIÇO	2.900,00

<b>Fornecedor:</b> BIO CIRURGICA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 02.417.547/0001-12
<b>Email:</b> licitacao@biocirurgica.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 3464-1985
<b>Data/hora de envio</b> 04/04/2023 08:53:51	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

**Descrição Comprador**

**1 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE. Marca:Oximil.</p>	1	SERVIÇO	100.000,00
---	---	---------	------------

**Descrição Comprador**

**2 - LOCACAO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM MODO DE FLUXO CONTÍNUO, CAPACIDADE DO FLUXO DE ATÉ 10 LPM. A) PRESSÃO DE SAÍDA APROXIMADA DE 10 - 30 PSIG, COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO APROXIMADO 92 +- 4% A 8-10 LPM, 94 +-2% A 3-7 LPM, 92+- 4% A 1-2 LPM, COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; B) FILTRO PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; C)BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO APROXIMADO DE RUÍDO DE 55DB; D)ALARME PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; E) FLUXÔMETRO; F) POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; G) POSSUIR RODÍZIOS NOS PÉS; H) PESO APROXIMADO 24+/- 0,23 KG; I) INCLUIR KIT NEBULIZADOR PARA SER FEITO COM CILINDRO CASO HAJA NECESSIDADE. 1 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4M3 DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1(UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE. Marca:Oximil.</p>	1	SERVIÇO	2.500,00

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sabará, 05 de Abril de 2023.

Paula Isabel Scoralick Lopes Cezário - Pregoeiro(a)