



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO INTERNO Nº 2145/2022

Objeto: “Promover registro de preços, consignado em ata, para futura e eventual contratação de empresa do ramo para locação de concentradores de oxigênio domiciliar com cilindro, incluindo instalação e manutenção para pacientes do SUS, em atendimento à secretaria municipal de Saúde, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.”

Impugnante:

- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ nº 35.820448/0001-36;

Pressupostos recursais: Os pedidos ora formulados, foram encaminhados, via sistema Licitador Digital, no dia 21/07/2022, portanto, tempestivamente, considerando que a sessão pública eletrônica está prevista para o dia 27/07/2022.

Razões da Impugnação:

A Impugnante, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, alegou, em síntese, os seguintes pontos:

“a) O instrumento convocatório apresenta a seguinte exigência para verificação da qualificação técnica de empresas em licitações:

“7.5.3. As empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais deverão apresentar, Autorização de Funcionamento da empresa expedida pela Agência nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Município sede da empresa, e/ou, estabelecimento participante da licitação.”

Ocorre que a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um Órgão Federal, motivo pelo qual não é cabível exigir a apresentação da Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA “do Município” da empresa, pois a ANVISA, ao contrário das Vigilâncias Sanitárias estabelecidas no âmbito do Município ou do Estado, possui abrangência nacional.;

b) “(...)no descritivo das especificações previstas no edital para o item 002 que os parâmetros exigidos são compatíveis com concentrador de oxigênio de 5 litros e não de 10 litros, conforme será pontuado abaixo:

1) No edital solicita-se fornecimento de equipamento que possua “MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI).” Ocorre que tal exigência não é compatível com o equipamento com capacidade de 10 litros. Pede-se considerar excluir ou adequar de modo a compatibilizar com equipamentos de 10 litros;

2) No edital solicita-se fornecimento de equipamento que possua “NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A).” Ocorre que tal exigência não é compatível com o equipamento com capacidade de 10 litros. Pede-se considerar adequar o parâmetro de ruído exigido para que passe a ser “NÍVEL DE RUÍDO TOTAL: 60 DB”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

3) No edital solicita-se fornecimento de equipamento que possua "PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG." Ocorre que tal exigência não é compatível com o equipamento com capacidade de 10 litros. Pede-se considerar adequar o parâmetro de tamanho exigido para "PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 30 KG.";

4) No edital solicita-se fornecimento de equipamento que possua "DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM." Ocorre que tal exigência não é compatível com o equipamento com capacidade de 10 litros. Pede-se considerar adequar o parâmetro de dimensão exigido para "69 x 48 x 33 cm. (altura x largura x comprimento)";

5) No edital solicita-se fornecimento de equipamento que possua "FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE)" Ocorre que tal exigência não é compatível com o equipamento com capacidade de 10 litros. Pede-se considerar excluir do edital.

c) Prazo exigido para substituição de equipamentos."

Ao final, pediu a reformulação do Edital do referido pregão, cuja abertura da sessão pública está prevista para o dia 27/07/2022, às 09:00h.

Sobre os pedidos de esclarecimentos, dispõe o seguinte:

"No que tange ao quantitativo previsto abaixo para os concentradores de oxigênio, este refere-se à unidade de equipamento locada no período ou ao quantitativo de locações a ser realizada no período?"

LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO				
ITEM	UN	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	SV	200		
02	SV	05		

Em relação ao quantitativo previsto no quadro, poderão estar sendo locados para o Lote 01 o máximo de 200 equipamentos e no Lote 02 o máximo de 05 equipamentos durante o período de 12 meses.

Análise do mérito:

De acordo com o setor técnicos demandante da licitação, a regra prevista no item 7.5.3 do Edital está de acordo com a RDC 16/2014 que regulamenta a matéria. Ou seja, serão aceitas Autorização de Funcionamentos Vigilância Sanitária emitidas pelo Órgão Federal Competente.

Em relação ao descritivo do item 02, a solicitação feita pela impugnante procede, e o Edital será retificado.

Tendo em vista a gravidade clínica que acomete as doenças pulmonares o prazo para substituição do equipamento será mantido conforme expresso no Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Considerações finais:

Após análise da impugnação, opino pela **ADMISSIBILIDADE** da peça apresentada pela impugnante, para no mérito julgá-la **PARCIALMENTE PROCEDENTE** nos termos aqui discutidos, reformulação das regras Editalícias e republicação.

É a análise que submetemos à Autoridade Superior, para decisão.

Sabará, 05 de setembro de 2022.


Demétrius Gil
Pregoeiro Oficial
Portaria Municipal nº 138/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DECISÃO

Na condição de Autoridade Superior, no uso de atribuições legais, e considerando a análise da Impugnação feita pelo Pregoeiro e pela Secretaria Demandante, **DECIDO**, nos termos apresentados, pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da peça apresentada pela Impugnante: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**; bem como pela reformulação das regras Editalícias e reabertura para nova data do Certame.

Sabará, 05 de setembro de 2022.


Thiago Zandona Vasconcellos
Secretário Municipal de Administração