



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANÁLISE DE RECURSO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO INTERNO Nº 3099/2022

REFERÊNCIA: Itens 10 e 14

OBJETO: “Promover registro de preços, consignado em ata, para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos, para atender a demanda das unidades básicas odontológicas e centros de especialidades, para os usuários do SUS em Sabará/MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos”.

RECORRENTE:

- GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.965.679/0001-47.

RAZÕES DE RECURSO:

Em suma, a empresa recorrente aduz que:

(...) A empresa “Dental Inovar” apresentou em sua proposta a marca: “Deltramet”, entretanto não especificou o modelo, visto que o equipamento da marca em questão possui duas versões. O descritivo editalício solicita bomba de vácuo de “1CV”, sendo o mesmo equivalente a “1HP”, referentes a potência do equipamento, segue trecho do descritivo(...) Conforme apresentado, a marca possui os modelos: “PP1N/ PPB1 e PP4N/PPB4”, o modelo “PP1N” equivale ao equipamento de 1/2 “CV” e o “PP4N” equivale ao produto de 1 “CV”, sendo assim o mesmo teria de ter apresentado em sua proposta o modelo descrito como “PP4N OU PPB4”, para que fosse satisfatória a validação de sua proposta.

(...)

Diante do exposto, requer: A. Nova análise do equipamento proposto pela empresa então arrematante, visto que o mesmo não deixou claro o modelo que fora licitado, abrindo brechas para que seja insatisfatória a entrega do produto conforme esperado pelo vosso estimado órgão; B. A desclassificação da empresa “DENTAL INOVAR”; C. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Adjudicação e Homologação do item para a empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

No final, solicita a inabilitação da empresa recorrida.



DA ADMISSIBILIDADE:

Verifica-se que a sessão de continuidade do Edital de Licitação nº 076/2022 - Pregão Eletrônico, foi realizada no dia 11 de agosto de 2022, às 14:00hrs, no qual o recorrente manifestou interesse recursal via sistema LICITAR DIGITAL.

Ato contínuo, observa-se que as razões de recurso foram protocoladas no dia 16/08/2022, portanto, restada configurada a sua **TEMPESTIVIDADE**, considerando o prazo previsto no Decreto Federal nº 10.024/2019.


DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO:


Cabe esclarecer que a proposta da empresa Edilson Aparecido da Silva para os lotes 10 e 14 do Edital de Licitação nº 076/2022 foi aceita, razão pela qual os documentos de habilitação foram analisados via plataforma Licitar Digital, senão vejamos:

-  Sistema 28/07/2022 10:44:07
O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 14 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.
-  Sistema 28/07/2022 10:44:13
O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 10 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 Sistema 28/07/2022 15:20:13
Lote 14, o fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA foi habilitado.

 Sistema 28/07/2022 15:20:13
Lote 10, o fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA foi habilitado.

Ato contínuo, foi solicitado o envio de documentos complementares nos lotes 10 e 14, qual seja o catálogo do produto ofertado:

 Pregoeiro(a) 29/07/2022 15:20:38
Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 10. Conforme previsto no item 12 do Anexo I do Edital, o Pregoeiro poderá solicitar do licitante vencedor catálogo do produto ofertado. Sendo assim, a licitante DEVERÁ ENCAMINHAR, no prazo de 02 (duas) horas (item 7.6.4), catálogo dos produtos, os quais deverão ser anexados nesta plataforma online Licitar Digital, com detalhamento das especificações técnicas.

 Pregoeiro(a) 29/07/2022 15:20:40
Fornecedor: EDILSON APARECIDO DA SILVA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 14. Conforme previsto no item 12 do Anexo I do Edital, o Pregoeiro poderá solicitar do licitante vencedor catálogo do produto ofertado. Sendo assim, a licitante DEVERÁ ENCAMINHAR, no prazo de 02 (duas) horas (item 7.6.4), catálogo dos produtos, os quais deverão ser anexados nesta plataforma online Licitar Digital, com detalhamento das especificações técnicas.

Na sequência, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu relatório, aprovando o catálogo apresentado pela empresa Edilson Aparecido da Silva:



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE SAÚDE

Sabará, 10 de agosto de 2022

OFÍCIO / SMS / SAÚDE BUCAL Nº 060/2022

De: Coordenação Saúde Bucal

Para: COMISSÃO DE Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, informamos que foi realizada as análises nos catálogos enviado pelas empresas referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022

ITEM 01 - APARELHO AMALGAMADOR, MARCA DENTEMED MODELO DENTMIK - APROVADO
ITEM 02- APARELHO ROTATORIO, MARCA X SMART PLUS, MODELO X SMART PLUS- APROVADO
ITEM 03- APARELHO FOTO, MARCA DENTEMED, MODELO PRIME LED- APROVADO
ITEM 04- APARELHO JATO DE BICARBONATO, MARCA ALT, MODELO JET CERAMIC-APROVADO
ITEM 05- CAMARA ESCURA, MARCA BIOTON, MODELO BIOTON - APROVADO
ITEM 06-COMPRESSOR, MARCA FRAC, MODELO BULDOG 100- APROVADO
ITEM 07/13 - CADEIRA ODONTOLÓGICA, MARCA DENTEMED, MODELO MAGNUS PRIME FLEX + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUIDOS - REPROVADA, CONFORME RELATORIO TECNICO O CATÁLOGO ENVIADO NÃO CONDIZ COM O EQUIPAMENTO LICITADO
ITEM 08- LOCALIZADOR APICAL, MARCA Mx LIFE-MODELO MKLIF-APROVADO
ITEM 09- MOCHO A GÁS, MARCA GE, MODELO MD 200 STANDARD- APROVADO
ITEM 10/13- BOMBA DE VÁCUO, MARCA DELTA MED, MODELO DELTAMED- APROVADA
ITEM 11 - KIT DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, MARCA: PROFUX, MODELO: PROFUX - APROVADO
ITEM 12- EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA, MARCA: NIMO, MODELO. RECOVER- APROVADO

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca

Ato contínuo, em sessão realizada no dia 11 de agosto de 2022, a empresa recorrente manifestou intenção de recursos, nos seguintes termos:

F Fornecedor 09 11/08/2022 14:28:23

Intenção de recurso de **GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** para o Lote 10. (Prezado Pregoeiro, viemos por meio deste manifestar intenção de recurso para o item, pois a marca ofertada pelo primeiro colocado possui dois modelos correspondente a 1CV - modelo PP4N e PP24, como não especificaram o modelo em sua proposta, fica a dúvida de que será entregue o equipamento que atenda.)

F Fornecedor 09 11/08/2022 14:29:13

Intenção de recurso de **GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** para o Lote 14. (Prezado Pregoeiro, viemos por meio deste manifestar intenção de recurso para o item pois a marca ofertada pelo primeiro colocado possui dois modelos correspondente a 1CV - modelo PP4N e PP24, como não especificaram o modelo em sua proposta, fica a dúvida de que será entregue o equipamento que atenda.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Isto posto, passo a analisar as razões de irresignação da recorrente que consiste ao catalogo ofertado pela empresa vencedora, aduzindo que o produto ofertado não reúne as especificações técnicas descritas no edital.

Dito isto, ressalta-se que a análise do catálogo do objeto licitado serve, tão somente, para confirmar se o produto ofertado pela licitante vencedora realmente cumpre os requisitos técnicos detalhados no edital.

Nesse sentido, esta Pregoeira Oficial diligenciou junto a empresa Edilson Aparecida da Silva, a fim de que esta informasse a marca/modelo ofertado, solicitação esta que foi atendida, veja-se:

Comissão de Licitação Municipal <licitacao@sabara.mg.gov.br> escreveu no dia terça, 4/10/2022 às(s) 10:29:
Bom dia!

Venho por meio deste solicitar diligências quanto ao modelo ofertado pela respectiva empresa no Edital nº 76/2022 - do Município de Sabará. Verificou-se a marca ofertada nos lotes 10 e 14, mas não houve informação quanto ao modelo. Pergunta-se:

1) Qual o modelo ofertado?

Atenciosamente,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
TELEFONE: 3672-7677 EMAIL: licitacao@sabara.mg.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SABARÁ**

De: edilson silva <dentalinovar@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 4 de outubro de 2022 16:59
Para: Comissão de Licitação Municipal <licitacao@sabara.mg.gov.br>
Assunto: Re: Diligência- Edital nº 76/2022

Boa Tarde,

Segue em anexo o modelo ofertado e adjudicado no processo 76-2022 para os itens 10 e 14.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Att,

Edilson Aparecido
Dental Inovar
Fone - 031-3535-8576 ou 99910-9917



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Posteriormente a realização da diligência, a Secretaria Municipal de Saúde reanalisou o catálogo ofertado, aduzindo que o equipamento, itens 10 e 14, não está de acordo com o Edital, senão vejamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Sabará, 18 de outubro de 2022.

OFÍCIO / SMS / SAÚDE BUCAL Nº 079/2022

De: Coordenação Saúde Bucal

Para: Comissão de Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, informamos que foi realizada a análise no catálogo enviado pela empresa EDILSON APARECIDO DA SILVA referente ao Pregão Eletrônico Nº 76/2022, Lote 10. Descrição, BOMBA DE VÁCUO – Marca: DELTRAMED – Fabricante: DELTRAMED – Modelo Alto vácuo D400. O equipamento ofertado não está de acordo com os seguintes itens exigidos no edital: - ROTOR DA BOMBA EM BRONZE. - TAMPA DO ROTOR EM BRONZE. E o equipamento que está sendo ofertado não utiliza água, pois, ele não pode ter contato com umidade.

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca

Av. Alberth Scharie, nº 212, Paciência, CEP: 34.635-100, Sabará – MG
www.sabara.mg.gov.br - semusa@sabara.mg.gov.br - (31) 3672-7708



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES


Observa-se que a modalidade de licitação Pregão Eletrônico foi concebida diante da necessidade de ampliação da concorrência, de ordenar não só valores harmônicos com o interesse público como, também, de aferição objetiva de critérios pertinentes à capacidade técnica e regularização documental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No caso em análise, conforme análise do setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, o licitante Edilson Aparecido da Silva não cumpriu os requisitos pré-estabelecidos pelo edital, no que tange ao catálogo do produto. Sendo assim, concluída a análise recursal, esta Pregoeira opina pela **ADMISSIBILIDADE** da peça apresentada pela recorrente, para no mérito julgá-la **PROCEDENTE**, com base nos termos aqui discutidos, pela reforma da decisão de classificação da empresa Edilson Aparecido da Silva e pelo prosseguimento do pleito.

Ê a análise que submetemos à Autoridade Superior, para decisão.

Sabará, 19 de outubro de 2022.


Priscila Félix Barbosa

Pregoeira Oficial

Portaria Municipal nº 002/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

DECISÃO

Na condição de Autoridade Superior, no uso de atribuições legais, **DECIDO** pela **REFORMA** da decisão do resultado do Edital de Licitação nº 076/2022 (itens 10 e 14), considerando as razões recursais apresentadas pela empresa GG Indústria de Equipamentos Medicos LTDA, relatório técnico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e análise pela Pregoeira.

Sabará, 19 de outubro de 2022.

Thiago Zandona Vasconcellos
Secretário Municipal de Administração