

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ILMO SR (A). PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO,

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2022

PROCESSO N° 2145/2022

Abertura do certame: 27/07/2022 às 09h00min.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 - 3.andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19, e com filial estabelecida na Rua 2, nº 300, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Contagem/MG, inscrita sob C.N.P.J. n.º 00.331.788/0031-34, doravante denominada **LICITANTE**, vem, mui respeitosamente perante V.Sa., apresentar o presente **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital convocatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Constitui o objeto da presente licitação o **REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR COM CILINDRO, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA PACIENTES DO SUS**

Conforme determinam as normas que regulam os processos de contratação, as disposições do instrumento convocatório devem ser claras, objetivas, livres de disparidades e obscuridades, a fim de evitar propostas heterogêneas.

Todavia, algumas disposições do instrumento convocatório do processo em referência mostram-se obscuras e omissas, motivo pelo qual a AIR LIQUIDE apresenta o presente pedido de esclarecimentos.

I. ESCLARECIMENTOS
a) ITEM 01 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE 5 L
a.1) QUANTO AO QUANTITATIVO

O edital em seu ANEXO I - 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 01, assim dispõe:

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO AMPLIADA	UN	QTDE.	PREÇO UNIT.	TOTAL
001	LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI). 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO 3. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A). 4. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: DE 0,5 A 5 L/MIN 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG. 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM. 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO. 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPTÃO DE ENERGIA. 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO). 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE). 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO	SV	1		

Verifica-se que a quantidade de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada é de 01 (um) unidade.

Contudo, posteriormente, aparece a informação de que a quantidade relativamente ao ITEM 01 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, assim dispõe:

LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO				
ITEM	UN	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	SV	200		
02	SV	05		

Verifica-se que a quantidade de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada é **200 (duzentos) unidades.**

Considerando a divergência entre a quantidade apontada na descrição do objeto, qual seja, 01 unidade e a quantidade apontada na tabela, qual seja, 200 unidades.

Considerando que as quantidades do objeto a ser licitado devem ser precisas, a fim de que as empresas licitantes possam elaborar com segurança a sua proposta de preços.

Neste sentido, questionamos:

- **Qual a quantidade correta de de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada, 01 unidade ou 200 unidades?**

a.2) QUANTO A RECARGA MENSAL

O edital em seu ANEXO I - 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 01, assim dispõe:

 INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.). 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M ³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE.				
---	--	--	--	--

Verifica-se a exigência de “01 cilindro de backup com capacidade mínima de 4 m³ de oxigênio que deverá ser reabastecido no mínimo 1 (uma) vez por mês, caso haja necessidade.”

Considerando que a expressão “no mínimo 1 (uma) vez” não fixa limite na quantidade de recargas.

Considerando que a ausência de especificação exata da quantidade de recargas por mês impede que as empresas licitantes elaborem com segurança a sua proposta de preços.

Considerando que a ausência de limitação de recargas possibilita um aumento no valor das propostas de preço, uma vez que essa quantidade mínima sem limitação gera um custo logístico, que certamente terá influência direta no preço da Locação.

Considerando que a ausência de limitação de recargas no decorrer do contrato pode gerar um custo não previsto, causando um desequilíbrio contratual.

Assim, questiona-se:

- **Qual a quantidade mensal exata de recargas do cilindro backup?**

b) **ITEM 02 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE 10 L**

b.1) **QUANTO AO QUANTITATIVO**

O edital em seu ANEXO I - 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 02, assim dispõe:

ITEM	UN	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
002	SV	1		

002 LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 2. VAZAO DE OXIGENIO ATE 10 LITROS MINUTO.
 1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI).
 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: ATÉ 10 LITROS/MINUTO
 3. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: ATÉ 10 L/MIN.
 4. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A).
 5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG.
 6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM.
 7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO.
 8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA.
 9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO).
 10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE).
 11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.).
 01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE

Verifica-se que a quantidade de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada é de 01 (um) unidade.

Contudo, posteriormente, aparece a informação de que a quantidade relativamente ao ITEM 02 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, assim dispõe:

LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO

ITEM	UN	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	SV	200		
02	SV	05		

Verifica-se que a quantidade de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada é de **05 (cinco) unidades**.

Considerando a divergência entre a quantidade apontada na descrição do objeto, qual seja, 01 unidade e a quantidade apontada na tabela, qual seja, 05 unidades.

Considerando que as quantidades do objeto a ser licitado devem ser precisas, a fim de que as empresas licitantes possam elaborar com segurança a sua proposta de preços.

Neste sentido, questionamos:

- **Qual a quantidade correta de de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada, 01 unidade ou 05 unidades?**

b.2) QUANTO A RECARGA MENSAL

O edital em seu ANEXO I - 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 02, assim dispõe:

01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M ³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE				
VALOR TOTAL				

Verifica-se a exigência de “01 cilindro de backup com capacidade mínima de 4 m³ de oxigênio que deverá ser reabastecido no mínimo 1 (uma) vez por mês, caso haja necessidade.”

Considerando que a expressão “no mínimo 1 (uma) vez” não fixa limite na quantidade de recargas.

Considerando que a ausência de especificação exata da quantidade de recargas por mês impede que as empresas licitantes elaborem com segurança a sua proposta de preços.

Considerando que a ausência de limitação de recargas possibilita um aumento no valor das propostas de preço, uma vez que essa quantidade mínima sem limitação gera um custo logístico, que certamente terá influência direta no preço da Locação.

Considerando que a ausência de limitação de recargas no decorrer do contrato pode gerar um custo não previsto, causando um desequilíbrio contratual.

Assim, questiona-se:

- **Qual a quantidade mensal exata de recargas do cilindro backup?**

b.3) QUANTO A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO DESCRITIVO - ITEM 02 - LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO. 2. VAZÃO DE OXIGÊNIO ATÉ 10 LITROS

O edital em seu ANEXO I - 3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Item 02, assim dispõe:

002	<p>LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO. 2. VAZAO DE OXIGENIO ATE 10 LITROS MINUTO.</p> <p>1. MECANISMO DE ALÍVIO DE PRESSÃO OPERACIONAL PRESSÃO APROXIMADA A: 250KPA±25KPA (36.25PSI±3.63PSI).</p> <p>2. VAZÃO DE OXIGÊNIO: ATÉ 10 LITROS/MINUTO</p> <p>3. MODO DE FLUXO CONTÍNUO: ATÉ 10 L/MIN.</p> <p>4. NÍVEL DO SOM APROXIMADO: MÉDIA (LADO FRONTAL): 48DB(A), UNIDADE TODA: 52DB(A).</p> <p>5. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 15.5KG.</p> <p>6. DIMENSÕES APROXIMADAS: L39CMXC24.5CMXA50CM.</p> <p>7. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DO COMPRESSOR QUE AJUDA O DISPOSITIVO A SER MAIS SEGURO.</p> <p>8. FUNÇÃO DE ALARME DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA.</p> <p>9. FUNÇÃO DE ALARME DE FALHA DO DISPOSITIVO (INCLUINDO FALHA DO CICLO/PRESSÃO, FALHA DO COMPRESSOR, BAIXA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, OBSTRUÇÃO).</p> <p>10. FUNÇÃO NEBULIZADOR (CASO HAJA NECESSIDADE DO PACIENTE).</p> <p>11. TODOS OS INSUMOS PARA O USO INCLUSOS (CÂNULA NASAL, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, ETC.).</p> <p>01 CILINDRO DE BACKUP COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 M³ DE OXIGÊNIO QUE DEVERÁ SER REABASTECIDO NO MÍNIMO 1 (UMA) VEZ POR MÊS, CASO HAJA NECESSIDADE</p>	SV	1		
-----	--	----	---	--	--

Da análise do descritivo técnico relativamente ao ITEM 02, verifica-se que a especificação técnica do descritivo se refere a um aparelho Concentrador de Oxigênio de 5 L.

Considerando que as especificações técnicas do equipamento são incompatíveis com o equipamento Concentrador de Oxigênio de 10 L.

Questiona-se:

- O descritivo técnico apresentado para o concentrador de oxigênio de 10 L está correto?
- Caso negativa a resposta qual o descritivo técnico se adequa ao concentrador de oxigênio de 10 L?

II. DA AUSÊNCIA DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO EM CASO DE TRANSIÇÃO DE FORNECEDORES.

Analisando o ato convocatório não há menção de prazo para fornecimento do objeto licitado em caso de migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora.

Assim, questiona-se:

- **Qual o prazo para fornecimento do objeto em caso de a licitante vencedora do certame ser diversa da atual fornecedora desta Administração?**

Visto que é primordial a definição de prazos para o devido atendimento a esta Administração Pública, é imperioso destacar que não havendo esta informação esta Administração Pública fica a mercê das empresas licitantes no quesito de implantação ou troca de equipamento.

III. DO PEDIDO.

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto desenvolvimento do certame, aguardamos um pronunciamento por parte de V.S.as, com a brevidade que o assunto exige.

Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas.

São Paulo (SP), 22 de julho de 2022.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Elisângela de Carvalho
Especialista em Licitações