



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Sabará, 26 de outubro de 2022.

**OFÍCIO / SMS / SAUDE BUCAL N° 080/2022**

**De:** Coordenação Saúde Bucal

**Para:** Comissão de Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, informamos que foi realizada a análise no catálogo enviado pela empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA referente ao Pregão Eletrônico N° 76/2022, Lote 10 e 14. Descrição, BOMBA DE VÁCUO – Marca: GG – Fabricante: GG – Modelo: MD 600 1HP

O equipamento ofertado não está de acordo com os seguintes itens exigidos no edital:

- ROTOR DA BOMBA EM BRONZE. - TAMPA DO ROTOR EM BRONZE. E o

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca