

## 👁️ Esclarecimento

Sr. pregoeiro, bom dia! Peço favor esclarecer o seguinte ponto, no termo de referência informa 1 equipamento para cada item e na planilha em anexo 200 para item 01 e 5 para item 2. Neste caso deverá ser cadastrado na proposta eletrônica o valor global para os itens?

31/03/2023 11:56:12

GERENCIAR

Prezado interessado, seu pedido de esclarecimento está intempestivo. Porém, informo que a sua dúvida já foi respondida a outro interessado e consta no histórico do processo.

31/03/2023 15:43:44

RESPONDER

## 👁️ Esclarecimento

Prezados, segue esclarecimento para análise.

[917\\_7690\\_cc7e9bc2-ba4e-439c-a736-402240eb50d2.pdf](#)

29/03/2023 17:45:25

GERENCIAR

Respostas do setor técnico demandante (anexo): 1) Qual a quantidade correta de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada, 01 unidade ou 200 unidades? Resposta: A quantidade a ser locada para o item 01 será de 200 aparelhos. 2) Qual a quantidade mensal exata de recargas do cilindro backup (item 01)? Resposta: O cilindro deverá ser reabastecido 01 (uma) vez por mês, caso haja necessidade. 3) Qual a quantidade correta de aparelhos concentradores de oxigênio a ser locada, 01 unidade ou 05 unidades? Resposta: A quantidade a ser locada para o item 02 será de 05 aparelhos. 4) Qual a quantidade mensal exata de recargas do cilindro backup (item 02)? Resposta: O cilindro deverá ser reabastecido 01 (uma) vez por mês, caso haja necessidade. 5) O descritivo técnico apresentado para o concentrador de oxigênio de 10 L está correto? Caso negativa a resposta qual o descritivo técnico se adequa ao concentrador de oxigênio de 10 L? Resposta: O descritivo do item 02 já foi retificado, em detrimento do pedido de esclarecimento anterior. 6) Qual o prazo para fornecimento do objeto em caso de a licitante vencedora do certame ser diversa da atual fornecedora desta Administração? Resposta: A transição será gradativa, conforme combinado entre as partes, não podendo ultrapassar 60 dias para completar toda transição.

[of. 117 resp. Air Liquide.pdf](#)

31/03/2023 15:40:41

RESPONDER