



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Sabará, 29 de agosto de 2022

OFÍCIO / SMS / SAÚDE BUCAL N° 068/2022

De: Coordenação Saúde Bucal

Para: Comissão de Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos,

INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA A ANÁLISE NO CATÁLOGO ENVIADO PELO FORNECEDOR: HEALTH SANTA LUZIA EIRELI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2022, LOTE 7, DESCRIÇÃO, CADEIRA ODONTOLÓGICA, MARCA: D700 – FABRICANTE: D700 – MODELO/VERSÃO: AIR. CONFORME PARECER TÉCNICO, O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS EXIGIDOS NO EDITAL: - TODAS AS MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA SEJAM TOTALMENTE EMBUTIDAS DENTRO DO EQUIPAMENTO, DESDE A CUSPIDEIRA ATÉ A BASE DA CADEIRA; - QUE TENHA TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E EQUIPO NO PEDAL, ACIONAMENTO DE PISAR; - A CADEIRA DEVERÁ TER O ACIONAMENTO DE ÁGUA DA UN 12. CUSPIDEIRA NO PEDAL COM TIMER REGULAVÉL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL.

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Sabará, 29 de agosto de 2022

OFÍCIO / SMS / SAÚDE BUCAL N° 068/2022

De: Coordenação Saúde Bucal

Para: Comissão de Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos,

INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA A ANÁLISE NO CATÁLOGO ENVIADO PELO FORNECEDOR 14: EMPRESA OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A PARA O LOTE 13 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 076/2022 E O EQUIPAMENTO OFERTADO CADEIRA ODONTOLÓGICA – MARCA: OLSEN – FABRICANTE: OLSEN/NACIONAL – MODELO/VERSÃO: SPRINTT + OPCIONAIS ESTÁ DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO EDITAL.

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca