



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

**Sabará, 28 de outubro de 2022.**

**OFÍCIO / SMS / SAUDE BUCAL N° 081/2022**

**De:** Coordenação Saúde Bucal

**Para:** Comissão de Licitação Municipal

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, informamos que foi realizada a análise no catálogo enviado pela empresa Dental BH Brasil Comercio de Produtos Odonto-m referente ao Pregão Eletrônico N° 76/2022, Lote 10 e 14. Descrição, BOMBA DE VÁCUO – Marca: 1/2HP D700 – Fabricante: ALLIAGE – Modelo: 1/2HP D700.

O equipamento ofertado está de acordo com os seguintes itens exigidos no edital: - ROTOR DA BOMBA EM BRONZE. - TAMPA DO ROTOR EM BRONZE. **Aprovada**

Atenciosamente,

Ana Maria Lopes da Fonseca