

Julgamento

Solicitação : 000559/2023 Licitação : 000054/2023 - Modalidade : 12-PREGAO ELETRONICO - Serviço : 01 Data Julgamento : 01/08/2023 Comprador : 0082971 - JEFERSON

Fornecedor : 58682 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA

Telefone : 1150127930

Item	Produto	Unidade	Descrição	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
001	096.17.0096.0	UNIDADE	BIPAPDISPOSITIVO COM EMISSAO DE DOIS NIVEIS DE PRESSAO ESPONTANEA (BIPAP); SENDO UM NIVEL DE PRESSAO EXPIRATORIA POSITIVA NAS VIAS AÉREAS (EPAP) E OUTRO NIVEL DE PRESSAO INSPIRATORIA POSITIVA NAS VIAS AERÉAS (IPAP). - INDICADO COMO AUXILIO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE, COMO TAMBEM, PODE SER USADO PARA AUXILIO VENTILATORIO EM PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATORIAS OCASIONADAS POR DOENCAS RESPIRATORIAS, NEUROMUSCULARES E CARDIACAS. CONFIGURACOES: INTERVALO DE PRESSAO: IPAP 4 A 40 CM H2O EPAP 4 A 25 CM H2O CPAP 4 A 20 CM H2O VOLUME CORRENTE: 200-1500ML; TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS; FREQUENCIA RESPIRATORIA: 0-40 RPM; AJUSTE DE PRESSAO: AUTOMATICA; MODOS DE VENTILACAO: CPAP, S, S/T, T, PC + A FUNCAO AVAPS SISTEMA DE COMPENSACAO DE VAZAMENTO AJUSTES: TECLADO OU VIA CARTAO SMARTCARD; MEMORIA: 12 MESES, TESTE FOSQ ; VOLTAGEM: 110 A 240 VCA, AUTOMATICA; BATERIA INTERNA E/OU EXTERNA COM CAPACIDADE DE AJUSTE DA MESMA. OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICACAO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO. POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA DEVEM CONTER: MASCARA NASAL OU MASCARA ORONASAL COM ALMOFADA DE SILICONE/GEL EM TODOS OS TAMANHOS; FILTROS (BACTERIOLOGICO, ULTRAFINO E MACRO PARTICULAS) + TRAQUEIA; CIRCUITO NÃO INVASIVO; DISPOSITIVO ACESSORIO PARA SUPORTE DE OXIGENIO NOBREAK (BATERIA)	LOCAAL de CPAP BMC - ANVISA Nº 80117580501 - INCL	50,0000	539,0000	26.950,0000
002	096.17.0095.0	UNIDADE	CPAPDISPOSITIVO COM EMISSAO DE UMA UNICA PRESSAO POSITIVA CONTINUAS NAS VIAS AEREAS, CAPAZ DE AJUSTE A CADA CICLO RESPIRATORIO, SEANDO-SE NA LIMITACAO DO FLUXO AEREO DO PACIENTE. - AUXILIA NO TRATAMENTO DE PACIENTE COM APNEIA DO SONO DE MODERADA A GRAVE.CONFIGURACOES: FAIXA DE PRESSAO: 4 A 20 CM H2O; TEMPO DE RAMPA: 0 A 45 MINUTOS; AJUSTES: TECLADO; DADOS DA MEMORIA: DATA/TEMPO, DURACAO COM PRESSAO, USO DA RAMPA; ENERGIA ELETRICA: 110 – 240 V AC AUTOMATICO E 12 VDC ; OUTROS: CONTROLE INTEGRADO PARA UMIDIFICACAO AQUECIDA, TECLADO ILUMINADO, ALARME DE VAZAMENTOS DA MASCARA, COMPENSACAO DE ALTITUDE. POSSUIR CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA DEVEM CONTER: MASCARA NASAL OU MASCARA ORONASAL COM ALMOFADA DE SILICONE/GEL EM TODOS OS TAMANHOS;FILTROS (BACTERIOLOGICO, ULTRAFINO E MACRO PARTICULAS) + TRAQUEIA;CIRCUITO NAO INVASIVO;DISPOSITIVO ACESSORIO PARA SUPORTE DE OXIGENIONOBREAK (BATERIA)		50,0000	539,0000	26.950,0000
Total para este Fornecedor: 2							53.900,0000
Total para esta Solicitação:							53.900,0000