



AVISO DE RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 062/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2023 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO INTERNO Nº 5731/2023.

A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Administração, resolve **RETIFICAR E REPUBLICAR** o Edital de Licitação n.º 062/2023, cujo objeto é “Promover registro de preços, consignado em ata, para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos hospitalares para uso nas unidades de saúde do município de Sabará, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e demais condições contidas neste Edital e seus anexos.”

Ficam alterados os itens relacionados abaixo, da seguinte forma:

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital.

2.1.1. Os itens da TABELA A do Anexo II (COTA PRINCIPAL) são destinados à Ampla Concorrência.

2.1.2. Poderão concorrer ao item da TABELA B do Anexo II (COTA RESERVADA), somente empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 128/2008 e 147/2014.

2.1.3. Para a cota reservada a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.

2.1.4. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a aquisição de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados ao valor de referência ou valor máximo aceitável estipulado para a contratação, desde que não exceda a 10% (dez por cento) do valor médio orçado (previsão legal expressa no artigo 40, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93), os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.

- ANEXO I:

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. A Rede Atenção Básica em Saúde é a principal porta de entrada para o atendimento em saúde pública devendo ser o contato preferencial dos usuários do SUS e por isso, deve ser orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

Em parceria com estados e municípios o governo federal vem investindo em melhorias da Atenção Básica promovendo construções, reformas, ampliações e equipando as UBS, trabalhando para que a atenção primária, com os atendimentos preventivos e básicos, responda à maioria das necessidades de saúde da população com agilidade e qualidade de modo acolhedor e humano.

Para alcançarmos o objetivo de atendimento com qualidade necessitamos de uma infraestrutura que incluí equipamentos e materiais que são utilizados direta ou indiretamente para execução das ações em saúde básica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Portanto, o objeto deste projeto visa melhorias na qualidade dos serviços de Atenção Básica Municipal, atendendo as estratégias do SUS e cumprindo com a pactuação da proposta com o Ministério da Saúde.

- ANEXO II: TABELA A e B

TABELA A – COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)

ITEM	DESCRIÇÃO AMPLIADA	UND.	QTDE.	PREÇO UNIT	TOTAL
002	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL USO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. O OXIMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS.ACOMPANHA SENSOR ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA; FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUENCIA CARDIACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RAPIDA E CONFIÁVEL; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATORIOS, SALAS DE EMERGENCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGENCIA; PORTATIL E LEVE, PESANDO APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS; ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; MOSTRA LEITURAS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRAFICA; APRESENTA TABELA DE TENDENCIA, TELA DE LCD BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; PERMITE ARMAZENAMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	UN	50		
007	ELETROCARDIOGRAFO CAPTAÇÃO DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÃO.(I,II,III,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSO DE MARCA-PASSO. REALIZA O REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO QUE PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE ALÉM DE ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRS/QT/PR. COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO, TAMBÉM É POSSÍVEL EXPORTAR OS ARQUIVOS NOS FORMATOS DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML OU TRANSFERIR VIA INTERNET OU CONEXÃO USB. COM TEMPO DE IMPRESSÃO DE ATÉ 10 SEGUNDOS, BOTÃO COPY PARA CÓPIA AUTOMÁTICA DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO E AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE, OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO. OPERAÇÃO POR TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE TOQUE ÚNICO E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE EM TELA LCD COLORIDA DE 5". DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER EM USO. CARACTERÍSTICAS: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES	UN	50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

<p>COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO POSSIBILITANDO IMPRESSÃO DOS 12 CANAIS. LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS. MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS.</p> <p>IMPRESSÃO DO GRUPO DE DERIVAÇÕES NO MODO AUTOMÁTICO: 2,5 A 10 SÉGUNDOS. INDICADORES: REDE ELÉTRICA, FUNCIONAMENTO DE BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, BIP QRS. ITENS INCLUSOS: 01 (UM) CABO PACIENTE DE 10 VIAS. 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PARA MEMBROS. 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS. 01 (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. 01 (UMA) BOBINA DE PAPEL PARA REGISTROS DE EXAMES. 01 (UM) ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO. 01 (UMA) BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL. 01 (UM) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. OPCIONAL DE SOFTWARE EM PORTUGUÊS. OPCIONAL DE CD PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. GARANTIA DE 12 MESES. CARACTERÍSTICAS: SENSIBILIDADE (GANHO): SELECIONÁVEL: 10 MM/MV(N), 20 MM/MV(2N), 2.5 MM/MV, 5 MM/MV(N/2). INTERFACE: INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB (2 PORTAS). INTERFACE CARTÃO SD. PORTA DE REDE ETHERNET RJ45. PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS. AJUSTE AUTOMÁTICA DE LINHA BASE. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO. REGISTRO ANVISA</p>				
VALOR TOTAL				

TABELA B – COTA RESERVADA

ITEM	DESCRIÇÃO AMPLIADA	UND.	QTDE.	PREÇO UNIT	TOTAL
001	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL. ASPIRADOR DE SECRECAO E UM EQUIPAMENTO DE SUCCAO, QUE ASPIRA OS MAIS VARIADOS TIPOS DE SECRECAO COM MUITA EFICIENCIA. O ASPIRADOR DE SECRECAO ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, IDEAL PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO. O MOTOR DO ASPIRADOR DE SECRECAO EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANCA, GARANTINDO MAIOR VIDA UTIL AO ASPIRADOR. O ASPIRADOR DE SECRECAO FUNCIONAL, COMPACTO, NAO REQUER UM MANUTENCAO E LUBRIFICANTES. O PRODUTO DEVERA SER UTILIZADO E/OU ORIENTADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;	UN	30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>CARACTERISTICAS: PORTATIL, SILENCIOSO, ECONOMICO E DE FACIL MANUSEIO; ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES; FACIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES; USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; VOLTAGEM DE 127/220 VCA; CONSUMO DE ENERGIA: 59/60 W; FREQUENCIA DE 60 HZ; SISTEMA: DIAFRAGMA; VACUO DE 0 A 550 MMHG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL; MOTOR COM PROTETOR TERMICO E 3 ROLAMENTOS SELADOS; GARANTIA DE 1 ANOS MEDIDAS: CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 L DIMENSOES DO APARELHO: COMPRIMENTO: 31 CM - LARGURA: 12 CM - ALTURA: 22 CM PESO DO APARELHO: 2,17 KG TOTAL COM EMBALAGEM: 2,59 KG.</p>				
003	<p>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO ANEROIDE. PORTATIL, COMPOSTO POR: BRACAIDEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, ANTIALERGICO, RESISTENTE, FLEXIVEL E FIXADA COM A PREGA CENTRAL COSTURADA E MANGUITO EM LATEX NATURAL NA COR PRETA, TAMANHO PADRAO ADULTO, FECHO EM VELCRO COM BOA QUALIDADE E MECANISMO SIMPLES DE ABRIR E FECHAR, PERMITINDO AS OPERACOES DE RETENCAO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO; MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, COM GRADUACAO DE 0 A 300 MM/HG.; PERA EM LATEX NATURAL NA COR PRETA E VALVULA DE METAL CROMADO QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR. ACONDICIONADO EM ESTOJO, COM FECHO EM ZIPER. COM REGISTRO NA ANVISA/MS, PORTARIA DE APROVACAO DE MODELO E SELO DO INMETRO COM VERIFICACAO INICIAL.</p>	UN	300		
004	<p>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL ANEROIDE. PORTATIL, COMPOSTO POR: BRACAIDEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, ANTIALERGICO, RESISTENTE, FLEXIVEL E FIXADA COM A PREGA CENTRAL COSTURADA E MANGUITO EM LATEX NATURAL NA COR PRETA, TAMANHO PADRAO INFANTIL, FECHO EM VELCRO COM BOA QUALIDADE E MECANISMO SIMPLES DE ABRIR E FECHAR, PERMITINDO AS OPERACOES DE RETENCAO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE BLINDAGEM PROTETORA CONTRA DESREGULAGENS OU CHOQUES, COM GRADUACAO DE 0 A 300 MM/HG, PERA EM LATEX NATURAL NA COR PRETA E VALVULA DE METAL CROMADO QUE PROMOVAM UM PERFEITO CONTROLE DE ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO AR.</p>	UN	200		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

	ACONDICIONADO EM ESTOJO, COM FECHO EM ZIPER. COM REGISTRO NA ANVISA/MS, PORTARIA DE APROVACAO DE MODELO E SELO DO INMETRO COM VERIFICACAO INICIAL.				
005	ESTETOSCOPIO. LIVRE DE LATEX, COM AUSCULTADOR DE ACO INOXIDAVEL, DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSAO UNIFORME, PARA ALTA SENSIBILIDADE ACUSTICA, COM SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PARA PERMITIR QUE SE ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O AUSCULTADOR DO CORPO DO PACIENTE, DE OLIVAS MACIAS QUE PERMITEM PERFEITO SELAMENTO ACUSTICO, COM ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO - ANTI-FRIO - . GARANTIA: 3 ANOS.	UN	300		
006	OTOSCOPIO SIMPLES. OTOSCÓPIO VERSÁTIL, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA DE ALTA PERFORMANCE. PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA OU LED. CABO EM METAL RECARTEILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME. REOSTATO PARA CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO C OU BATERIA RECARREGÁVEL (OPCIONAL). CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS VISIO 2000. NÃO CONTÉM LÁTEX. KIT UN SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM; 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 2.5MM 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 4.0MM; 01 ESTOJO LUXO PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS, 01 LÂMPADA 2.5V XENON HALÓGENA. BENEFÍCIOS: TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 2.5V OU 3.5V, DE XENON OU LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES. AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES. LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA: XENON;	UN	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX; MATERIAL DO CABO: METAL; ACABAMENTO DO CABO: RECARTEILHADO; TENSÃO: 2.5V OU 3.5V; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C; REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ: POSSUI; LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES; COMPRIMENTO TOTAL: 190CM; PESO TOTAL: 200G; CERTIFICAÇÕES: ANVISA; FDA U.S. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION; CE 0120; ISO13485; ISO9001				
VALOR TOTAL				

O Edital retificado na íntegra encontra-se disponível no site: www.sabara.mg.gov.br.

Fica remarcada a abertura do certame para o dia **04/09/2023**, às **09h00min**.

Sabará, 22 de agosto de 2023.

Thiago Zandona Vasconcellos
Secretário Municipal de Administração