



Avaliação Técnica De Catálogo De Equipamento

Referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2025, cujo objeto é a locação de aparelho de raio-X digital para a UPA, a empresa melhor colocada: "X SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIR - 07.817.955/0001-85" encaminhou, para avaliação técnica, Folder e Manual do seguinte equipamento:

- Marca: konica Minolta
- Fabricante: Konica Minolta
- Modelo/Versão/Código: Raios X Digital Altus DR SL

Após avaliação dos documentos acima, atestamos que o equipamento não está em conformidade com as especificações do Edital e Termo de Referência (TR), pois a mesa além de ser muito alta não tem a opção de modificar o nível de altura para ficar mais baixa conforme descrito em nosso TR. Outra questão é sobre o giro da estativa, não ficou claro no folder, se ela faz o giro de 180°, para que a equipe possa ter agilidade e precisão no atendimento de um paciente politraumatizado por exemplo.

Sabará, 17 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DIAS DA SILVA

Data: 17/09/2025 11:13:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Dias da Silva
Matricula :24522
CRTR-MG 03782-T